

Технические характеристики (описание)
материал стоматологический жидкотекучий

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	материал стоматологический пломбировочный жидкотекучий	1.применение - многократное 2.тип - реставрационный 3.Отверждение - световое 4.Рентгеноконтрастный - да 5.состав - уретанмодифицированный BisGMA-аддукт, BisEMA и разбавитель, фотоинициатор камфорохинон, стабилизаторы, пигменты 6.содержание наполнителей - не менее 62,5 по весу % 7.Форма выпуска - 2 шприца по 1,8 грамма цвет А3	2 упак.	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

материал пломбировочный для прямых и непрямых реставраций

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	материал пломбировочный для прямых и непрямых реставраций	1.применение - многократное 2.Отверждение - световое 3.Рентгеноконтрастный - да 4.состав - Bis-GMA, Bis-MPEPP ,UDMA ,TEGDMA, мекинол, дибутил гидроксид толуол, УФ-абсорбер 5.содержание наполнителей - 82% по весу 6.Форма выпуска - 7 шприцов по 4 грамма 7.оттенок - A1B, A2B, A3B, A3,5B, A4B,NE, OcE.	2 упак.	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические лечебные: паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Материалы стоматологические лечебные: паста для временного пломбирования или для компресса лечебно-защитного при локальной форме пародонтита	1.тип - паста 2.применение - в виде лечебного компресса при язвенно-некротическом гингивите, хроническом пародонтите, для временного пломбирования зубов 3.состав - на основе порошка цинксульфатного цемента и биосовместимого волокнистого наполнителя, метронидазол 4.Форма выпуска - паста 60 г	2 шт	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): срок годности не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические терапевтические вспомогательные:
материал для девитализации пульпы

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Материалы стоматологические терапевтические вспомогательные: материал для девитализации пульпы	1.Материал - Не содержит мышьяк 2.состав - 1 гр. препарата содержит 480 мг параформальдегида, 380 мг лидокаина гидрохлорида, 22 мг хлортимола, 54 мг нскенола и 33 мг перубальзама. 3.упаковка - шприц 3 мл	1 упак.	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

материал стоматологический кальцийсодержащий

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Материал стоматологический кальцийсодержащий	1.применение многократное - 2.Рентгеноконтрастный - да 3.содержит высокодисперсную гидроокись кальция - да 4.Форма выпуска - порошок 7гр	1 упак	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)
материал стоматологический стеклоиономерный

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Материал стоматологический стеклоиономерный	1.назначение - двухкомпонентный , материал стеклоиономерный пломбировочный облегченного смешивания 2.прочности на изгиб - 50-60 МПа 3.Рентгеноконтрастный - да 4.к дентину и эмали - адгезивен 5.фторвыделяющий - да 6.форма выпуска - порошок 15гр+ жидкость не менее 6,4 мл 7.цвет - А3	4 упак.	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

изделия для стоматологии вспомогательные одноразовые: слюноотсосы

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Изделия для стоматологии вспомогательные одноразовые : слюноотсосы	1.Применение - однократное 2.Состав - из нетоксичного ПВХ, легко удерживает выбранную форму 3.Длина - 150 мм 4.количество в упаковке - 100 шт 5.Диаметр - 5 мм	12 упак	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 17 к лоту

Технические характеристики (описание)

Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов:
штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов: штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №1	1.применение - Однократное 2.Материал - Эндодонтический obtурирующий материал 3.состав - Окись цинка, титана диоксид, синтетическая гуттаперча, бария сульфат, красители, инертные наполнители 4.размер - F1 5.Длина - 29 мм 6.Диаметр - 2 мм 7.Количество в упаковке - 60 шт	6 упак.	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов:
штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Штифты стоматологические эндодонтические и наборы штифтов: штифты гуттаперчевые в отдельных упаковках №2	1.применение - Однократное 2.Материал - Эндодонтический obtурирующий материал 3.состав - Окись цинка, титана диоксид, синтетическая гуттаперча, бария сульфат, красители, инертные наполнители 4.размер - F2 5.Длина - 29 мм 6.Диаметр - 2,5 мм 7.Количество в упаковке - 60 шт	6 упак.	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

Микроаппликаторы одноразовые №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Микроаппликаторы одноразовые №2	1.применение - Однократное 2.материал - микрофибра и пластиковая ручка 3.Наконечники можно согнуть под любым углом - наличие 4.Длина - 10 5.Диаметр головки - 2 мм 6.Количество в упаковке - 100	12 упак	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 21 к лоту

Технические характеристики (описание)

Инструменты стоматологические для шлифовки, финишной обработки и полировки с принадлежностями щетки №1.

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Инструменты стоматологические для шлифовки, финишной обработки и полировки с принадлежностями щетки №1.	1.применение - многократное 2.назначение - для углового наконечника 3.жесткость - средняя 4.материал щетины - нейлон 5.Длина рабочей части - 7 мм. 6.диаметр рабочей части - 0,45 мм. 7.форма - малая чашечка 8.упаковка - поштучно	100 шт	

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные
стоматологические №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные стоматологические №1	1.применение - Однократное 2.цветовая маркировка уровня абразивности - темно-оранжевый 3.Диаметр - 12,7-14 мм 4.абразивность - грубая 5.Металлическая втулка - наличие 6.Количество в упаковке - 50 шт. шт	12 упак.	

р

т

Технические характеристики (описание)

Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные
стоматологические №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Материалы стоматологические с принадлежностями: диски абразивные стоматологические №2	1.Применение - однократно 2.цветовая маркировка уровня абразивности - темно-оранжевый 3.Диаметр - 9,5-10 мм 4.абразивность - грубая 5.Металлическая втулка - наличие 6.Количество в упаковке - 50 шт	12 упак.	

Приложение 24 к лоту

Технические характеристики (описание)

нить ретракционная №1

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	нить ретракционная №1	1.применение - однократное, для ретракции десневых тканей 2.состав - нить из сплетенных волокон полиэфира(полиамида), пропитанная гексагидратом хлорида алюминия 3.размер - 1 4.длина нити - не менее 254 см	4 упак	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 25 к лоту

Технические характеристики (описание)
нить ретракционная №2

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	нить ретракционная №2	1.применение - однократное, для ретракции десневых тканей 2.состав - нить из сплетенных волокон полиэфира(полиамида), пропитанная гексагидратом хлорида алюминия 3.размер - 2 4.длина нити - не менее 254 см	4 упак	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Технические характеристики (описание)

изделия абразивные стоматологические: полиры №4

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	изделия абразивные стоматологические: полиры №4	1.применение - многократное 2.назначение - для углового наконечника 3.форма - пламя 4.размер - 3*7,5 мм 5.абразивность - мелкая зернистость 6.упаковка - поштучно	10 штук	

11.11.16

Технические характеристики (описание)

штрипсы металлические

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	штрипсы металлические	1.применение - многократное 2.размер - 3,75*147 мм 3.абразивность - мелкая зернистость 4.Покрытие - одностороннее, с алмазным напылением 5.количество в упаковке - 10 шт	3 упак	

Технические характеристики (описание)

клинья фиксирующие деревянные

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	клинья фиксирующие деревянные	1.применение однократное 2.Комплектация деревянные тонкие короткие(оранжевые) 100шт	12 упак.	

Технические характеристики (описание)

Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы реципрокного типа №3

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	Файлы эндодонтические в наборах и отдельных упаковках с принадлежностями: файлы эндодонтические: файлы реципрокного типа №3	1.применение - Однократное 2.Тип движения в канале - реципрокный с неравным углом (вращение против часовой стрелки на 1500 и на 300 по часовой) 3.материал - изготовлены из никель-титанового сплава 4.поперечное сечение - в виде параллелограмма, попеременно одну/две активные режущие грани 5.направляющий кончик - полуактивный 6.постоянный угол витка спирали - 24 ° 7.Стерильная упаковка - Наличие 8.Длина хвостовика - не более 11 мм 9.конусность - переменная 10.Длина - 31 мм 11.размер - small 12.Количество в упаковке - 3 шт	8 упак	

2. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): не менее 11 месяцев

Приложение 45 к лоту

Технические характеристики (описание)

боры твердосплавные

1. Состав (комплектация) товара (работы, услуги):

№ п/п	Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги)	Требования, предъявляемые к товару	Кол-во	
1.	боры твердосплавные	1.применение - многократное 2.для турбинного наконечника - да 3.материал - карбид вольфрама 4.форма рабочей части - конусовидная с закругленным торцом 5.длина рабочей части - 8 мм	5 шт.	