

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Мешок переносной для введения жидкостей под давлением	шт.	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Нейлоновый мешок с петлёй для подвешивания, с грушей для ручного нагнетания мешка воздухом, двойным клапаном, кнопкой регулирования давления.

2.2. Объем мешка не менее 1000 мл.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Коннектор Y-образный одинарный	шт.	1 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1. Y-коннектор из прозрачного материала, имеющий один порт и вращающийся гемостатический клапан.
- 2.2. Соединительные элементы Luer-lock.
- 2.3. Наличие клапана для ввода инструментов с диаметром не менее 8F.
- 2.4. Максимальное давление не менее 1000 psi.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Коннектор Y-образный двойной	шт.	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Y-коннектор из прозрачного материала имеющий два порта с вращающимися гемостатическими клапанами.

2.2. Соединительные элементы Luer-lock.

2.3. Наличие клапана на каждом порте для ввода инструментов с диаметром не менее 8F.

2.4. Максимальное давление не менее 1000 psi.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Краники, среднего и высокого давления: 3-ходовой краник, правая ориентация	шт.	550
1.2.	Краники, среднего и высокого давления: 1-ходовой краник	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1. Изделия (3-х ходовые краники) должны быть выполнены из прозрачного материала.
- 2.2. Соединительные элементы: Luer-lock с большим внутренним просветом и один с вращающимся адаптером папа.
- 2.3. Максимальное давление должно соответствовать не менее 1000 Psi.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Шприц инфляционный высокого давления для ангиопластики и стентирования	шт.	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1. Шприц должен быть выполнен из прозрачного материала
- 2.2. Объем шприца - не менее 30 мл.
- 2.3. Максимальное нагнетаемое давление - не менее 30 атм.
- 2.4. Наличие манометра.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 4(5)F, 12-16см	шт.	25
1.2.	Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 5(6)F, 12-16см	шт.	150
1.3.	Интродьюсеры с увеличенным внутренним диаметром, с гемостатическим клапаном, неуправляемые в наборе, 6(7)F, 12-16см	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Обязательное наличие гемостатического клапана, фиксируемого дилатора, бокового порта с 3-х ходовым краником, в комплекте: гидрофильный проводник с мягким атравматичным кончиком, длиной не менее 35 см, диаметром 0.018" - 0.021" и игла ангиографическая (пункционная), совместимая с проводником.

2.2. Гидрофильное покрытие тела интродьюсера.

2.3. Тонкостенная технология оболочки тела интродьюсера с толщиной оболочки тела до 0,12мм, обеспечивающая совместимость с катетером большего диаметра на 1 French (0,33мм) для катетеризации сосудов малых диаметров.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Катетер направляющий коронарный, периферический, церебральный и для БЦА: «SR», «Short right» или «Angled», «40°» - 6F	шт.	450

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1. Длина катетера 90-100см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с длиной 90см).
- 2.2. Внутренний диаметр катетера на всём протяжении не менее 0.070".
- 2.3. Катетер должен иметь мягкий, атравматичный кончик – Soft tip.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №026/26

лот 8

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Катетер направляющий коронарный, периферический, церебральный и для БЦА: «SR», «Short right» или «Angled», «40°»- 8F	шт.	70

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Длина катетера 90-100см.

2.2. Внутренний диаметр катетера на всём протяжении не менее 0.088".

2.3. Катетер должен иметь мягкий, атравматичный кончик – Soft tip.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Чехол-интродьюсер, прямой (модель Straight), 6F	шт.	50
1.2.	Чехол-интродьюсер, ангулированный (модель Multipurpose), 6F	шт.	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

- 2.1. Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера, иметь в составе дилатор совместимый с проводником до 0,038”.
- 2.2. Внутренний диаметр не менее 2,2мм (0,087”), длина – 90-95см.
- 2.3. Наличие гидрофильного покрытия и рентгеноконтрастного маркера на кончике.
- 2.4. Наличие в наборе сменного Y-коннектора типа Tuohy-Borst Valve.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

- 3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

2. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Чехол-интродьюсер (модель - SIM), 6F	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Должен совмещать функции направляющего катетера и интродьюсера, иметь в составе дилатор совместимый с проводником до 0,038”.

2.2. Внутренний диаметр не менее 2,2мм (0,087”), длина – 90-95см.

2.3. Наличие гидрофильного покрытия и рентгеноконтрастного маркера на кончике.

2.4. Наличие в наборе сменного Y-коннектора типа Tuohy-Borst Valve.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Катетер направляющий церебральный с длинным гибким кончиком (дистального доступа, аспирационный) - модель: 6F	шт.	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь “О государственных закупках товаров (работ, услуг)”:

2.1. Катетер должен иметь наружный диаметр не более 2,15мм и быть совместимым с интродьюсером 6F.

2.2. Внутренний диаметр не менее 0,070”.

2.3. Дистальный кончик должен быть прямым, мягким, имеющим длину не менее 15см.

2.4. Общая длина 120-125см (при наличии у производителя катетеров разной длины – предлагать к участию катетер с наибольшей длиной).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Согласно аукционным документам организатора.