

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Микротомы ротационные полуавтоматические

1. Состав (комплектация) оборудования:

Номер и наименование ЛОТа	Состав (комплектация) медицинского изделия	Количество
ЛОТ 1 Микротом ротационный полуавтоматический		3 шт

2. Технические требования

2.1.	Толщина среза	не хуже, чем от 1 мкм до 99 мкм
2.2.	Диапазон толщины подрезки (тримминга)	не хуже, чем 1–500 мкм
2.3.	Наличие держателя (зажима) для образцов	
2.4.	Наличие кассетного держателя-зажима или универсального держателя для кассет и образцов	
2.5.	Наличие держателя одноразовых лезвий узкого (низкого) профиля или универсального держателя для лезвий и ножей	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

4.2. **(для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь)**: документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».

4.3. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

P.