

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Набор расходных материалов (система) для заготовки тромбоцитов в плазме, обедненных лейкоцитами и плазмы на автоматических сепараторах

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор расходных материалов (система) предназначен для заготовки тромбоцитов в плазме, обедненных лейкоцитами и плазмы на автоматических сепараторах MCS+ (Haemonetics, США) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска, в состав которого входит: -дополнительный контейнер для проб линии донора объемом не менее 30 мл с конструкцией адаптера, обеспечивающего возможность соединения с вакуумной пробиркой; -донорская линия с Y-соединителем; -контейнер для промежуточного сбора тромбоцитов перед фильтрацией; - контейнер для хранения тромбоцитов, обедненных лейкоцитами с малым контейнером для отбора образцов; -контейнер для сбора плазмы; -контейнер для сброса воздуха; -соединительная магистраль с иглой для контейнера с антикоагулянтом; -соединительная магистраль с иглой для контейнера с раствором хлорида натрия 0,9% для инфузий; -антибактериальные фильтры на линиях для соединения с контейнером с антикоагулянтом и раствором хлорида натрия 0,9% для инфузий; - центрифужный колокол, обеспечивающий максимальное удаление лейкоцитов из плазмы и концентрата тромбоцитов; -лейкоцитарный фильтр интегрированный в линию; - пункционная игла с адаптером	штук	2248

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

*2.1. Набор расходных материалов (система) должен быть совместим с аппаратом и предназначен для заготовки тромбоцитов в плазме, обедненных лейкоцитами и плазмы.

2.2. Набор расходных материалов (система) должна обеспечивать качество получаемых тромбоцитов, обедненных лейкоцитами и плазмы крови человека, соответствующих по качеству следующим требованиям:

2.2.1. содержание тромбоцитов в одной дозе – не менее $0,5 \times 10^{11}$;

*2.2.2. остаточное количество лейкоцитов в одной дозе не более 1×10^6 .

*2.3. Пластик контейнера, предназначенного для заготовки и хранения концентрата тромбоцитов, должен обеспечивать газопроницаемость и жизнеспособность тромбоцитов в течение не менее 5-ти суток при температуре от +20°C до +24°C.

2.4. Обеспечение одноигольного доступа.

2.5. Требования к игле:

2.5.1. игла для венепункции с защитным колпачком, диаметр иглы 16G или 17G;

2.5.2. наличие атравматического отверстия в стенке.

*2.6. Все составные части должны соответствовать друг другу с целью соединения в единый замкнутый контур и представлять собой единую систему в индивидуальной стерильной упаковке.

2.7. Наличие на контейнерах этикетки, имеющей свободное место (поле) для внесения дополнительной информации и прочно фиксирующейся на них.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Набор расходного материала для обработки тромбоцитов

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Набор расходного материала для обработки тромбоцитов на аппаратах «Mirasol» (Terumo BCT Inc) находящихся на балансе организаций службы крови города Минска, в состав которого входит: -контейнер (мешок) для облучения/хранения в индивидуальной стерильной упаковке; -мешок с 500 мкМ рибофлавина с раствором хлорида натрия 35±5мл 0,9% в индивидуальной стерильной упаковке.	штук	2550

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

*2.1. Набор расходного материала (сет) предназначен для обработки тромбоцитов.

*2.2. Набор расходного материала (сет) позволяет инактивировать патогены в тромбоцитах.

2.3. Набор расходного материала (сет) должны быть в индивидуальной стерильной упаковке.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора