

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки

5. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 7 Fr, почечный конец открытый, со сроком стояния стента не менее 12 месяцев	20

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,

2.1.2 почечный конец открытый,

2.1.3 иметь пигтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах

2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в пигтейле,

2.1.5 диапазон изменения длины стента от 22 до 30 см,

2.1.6 диаметр стента 7 Fr,

2.1.7 должен быть для установки на срок не менее 12 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 произведена из нитинола,

2.2.2 длиной 150см ± 5 , с неподвижным сердечником,

2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

4. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, штук
1	Набор для ретроградного стентирования мочеточника 6 Fr, почечный конец открытый, со сроком стояния стента не менее 12 месяцев	30

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Стент должен быть:

2.1.1 выполнен из мягкого рентгенконтрастного полиуретана с улучшенной гибкостью и измерительной градуировкой,

2.1.2 почечный конец открытый,

2.1.3 иметь питтейл (загнутый конец типа свиной хвост) на почечном и пузырном концах

2.1.4 иметь отверстия по всей длине стента, а также отверстия в питтейле,

2.1.5 иметь дистальный кончик конусовидный для облегчения введения стента,

2.1.6 диапазон изменения длины стента от 22 до 30 см,

2.1.7 диаметр стента 6 Fr,

2.1.8 должен быть для установки на срок не менее 12 месяцев.

2.2. Струна-проводник должна быть:

2.2.1 произведена из нержавеющей стали с покрытием PTFE или аналогичным,

2.2.2 длиной 150см ±5, с неподвижным сердечником,

2.2.3 с гибким прямым кончиком не менее 3 см.

2.3 Позиционирующее устройство должно быть:

2.3.1 с рентгенконтрастной меткой на конце.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.