

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Раствор антикоагулянтный ACD-A, 500 мл.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

Наименование	Единица измерения	Количество
Раствор антикоагулянтный ACD-A, 500 мл.	штук	9900

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

*2.1. Раствор антикоагулянта ACD-A, 500 мл. должен соответствовать химическому составу официальной прописи раствора ACD-A: тринатрия цитрат (натрия цитрат) не менее 22 г.; лимонная кислота (моногидрат лимонной кислоты) не менее 8 г.; глюкоза (моногидрат глюкозы) не менее 24,5 г.; вода для инъекций не менее 1000мл.; уровень pH от 4,5 до 5,5

2.2. Количество раствора антикоагулянта ACD-A в контейнере должно быть не менее 500 мл.

2.3. Наличие инъекционного порта в контейнере с раствором антикоагулянта ACD-A, пригодного для пункции пластиковой иглой.

*2.4. Содержимое контейнера с антикоагулянтом должно быть стерильным.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности согласно аукционных документов организатора