

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

ЛОТ №1: Камера дезинфекционная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления	шт	1
2	Противень для формалина	шт	1
3	Уплотнители коллектора	шт	1
4	Щит управления	шт	1
5	Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня)	шт	1
6	Кожух коллектора	шт	1
7	Вытяжной воздуховод с клапаном	шт	1
8	Гидрозащитный зонт	шт	1
9	Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой не более 680 мм	шт	1
10	Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой не более 400 мм	шт	5
11	Воронка с краном в сборе	шт	5
12	Водосливной патрубок	шт	1
13	Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода	шт	1
14	Уплотнитель вытяжной трубы	шт	11
15	Полка для книг	шт	1
16	Ткань для влажного термодатчика (флажок)	компл	1
17	Электронагреватели		
	- для воздуха	шт	1
	- для воды	шт	1
18	Предохранитель 1А	шт	2
В комплект могут входить дополнительные принадлежности согласно стандартной комплектации производителя			

2. Технические требования

№	Описание требований	Значение параметра
п/п		
1	Назначение: Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу.	Соответствие
2	Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции.	Наличие
3	Сохранение в памяти последних значений заданных параметров	наличие
4	Точность поддержания заданной температуры в камере	±2°C
5	Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции	наличие
6	Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе	наличие
7	Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции	наличие

8	Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции	наличие
9	Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры	наличие
10	Возможность перехода на ручной режим управления	наличие
11	Материал изготовления внешних панелей камеры	сталь
12	-внутренний парообразователь - поддон и трубопровод, тэны изготовлены из металла.	сталь
13	Корпус камеры цельносваренный. Внутренний объем камеры, м ³ , не менее:	
	а) общий	1,89
	б) загрузочный	1,3
14	Внутренние размеры камеры (длина x ширина x высота), мм, не менее	1310x710x1950
15	Высота от основания решетки до потолка, мм, не менее	1550
16	Габаритные размеры камеры (длина x ширина x высота), мм, не более	1390x1030x2200
17	Масса, кг, не более	500
18	Количество дверей, шт.	2
19	Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее	8
20	Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры	наличие
21	Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента	наличие
22	Электропитание:	
	а) род тока	Переменный 3-
	б) напряжение, В	380 +-5%
	в) частота, Гц	50 +-0,2
23	Потребляемая мощность, кВт, не более	9
24	Время ввода в рабочий режим, не более	20 минут
25	Встроенный парообразователь с ТЭНами	наличие
26	Объем парообразователя, л, не более	25
27	Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры	наличие
28	Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия	наличие
29	Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма	соответствие
30	Кран для слива воды из парообразователя	наличие
31	Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры	наличие

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): гарантийный срок не менее 12 месяцев с даты ввода медицинского оборудования в эксплуатацию.

Р.Р.Р.