

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок наркозно-дыхательных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска наркозно-дыхательная	0	штука	1 000
1.2	Маска наркозно-дыхательная	1	штука	1 500
1.4	Маска наркозно-дыхательная	3	штука	25 172
1.5	Маска наркозно-дыхательная	4	штука	60 000
1.6	Маска наркозно-дыхательная	5	штука	50 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Маска должна быть прозрачной;
- 2.2. Наличие раздувной манжеты;
- 2.3. Наличие клапана для раздувания манжеты;
- 2.4. Наличие унифицированного коннектора (22мм) для возможности соединения с различными дыхательными контурами;
- 2.5. Наличие фиксирующего кольца;
- 2.6. Изделие однократного применения;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

МТ №371/26

лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок наркозно-дыхательных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Типоразмер	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска наркозно-дыхательная	6	штука	3 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Маска должна быть прозрачной;
- 2.2. Наличие раздувной манжеты;
- 2.3. Наличие клапана для раздувания манжеты;
- 2.4. Наличие унифицированного коннектора (22мм) для возможности соединения с различными дыхательными контурами;
- 2.5. Наличие фиксирующего кольца;
- 2.6. Изделие однократного применения;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок ларингеальных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Маска ларингеальная	1	штука	1 000
1.2.	Маска ларингеальная	2	штука	3 000
1.3.	Маска ларингеальная	2,5	штука	3 000
1.4.	Маска ларингеальная	3	штука	10 207
1.5.	Маска ларингеальная	4	штука	14 648
1.6.	Маска ларингеальная	5	штука	9 765

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Маска должна быть прозрачной;
- 2.2. Наличие унифицированного коннектора (15мм);
- 2.3. Изделие однократного применения;
- 2.4. Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок ларингеальных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Размер	Ед. изм.	Количество
1.1.	Маска ларингеальная	6	штука	399

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Маска должна быть прозрачной;
- 2.2 Наличие унифицированного коннектора (15мм);
- 2.3 Изделие однократного применения;
- 2.4 Изделия должны быть стерильными и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранность стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок кислородных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Маска кислородная взрослая	штука	11 681

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 *Наличие в составе маски небулайзера (распылителя) объемом 6-8мл;
- 2.2 Маска должна быть прозрачной;
- 2.3 Отсутствие латекса;
- 2.4 Наличие коннектора 22мм;
- 2.5 Наличие носового зажима;
- 2.6 Наличие регулируемого фиксирующего ремешка, для закрепления маски на лице пациента;
- 2.7 *Наличие трубки (канюли) для подачи кислорода длиной не менее 1,8м;
- 2.8 Изделие однократного применения.

Примечание: предложение, не соответствующее пунктам технических требований отмеченных «*» (астериксом), подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок кислородных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Маска кислородная взрослая	штука	33 349

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 *Наличие в составе маски небулайзера (распылителя) объемом 10-20мл;
- 2.2 Маска должна быть прозрачной;
- 2.3 Отсутствие латекса;
- 2.4 Наличие коннектора 22мм;
- 2.5 Наличие носового зажима;
- 2.6 Наличие регулируемого фиксирующего ремешка, для закрепления маски на лице пациента;
- 2.7 *Наличие трубки (канюли) для подачи кислорода длиной не менее 1,8м;
- 2.8 Изделие однократного применения.

Примечание: *предложение, не соответствующее пунктам технических требований отмеченных «*» (астериксом), подлежит отклонению.*

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок кислородных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска кислородная педиатрическая с трубкой (канюлей) для подачи кислорода длиной не менее 1,8м	штука	5 500
1.2	Маска кислородная взрослая с трубкой (канюлей) для подачи кислорода длиной не менее 1,8м	штука	49 917

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Маска должна быть прозрачной;
- 2.2 Отсутствие латекса;
- 2.3 Наличие коннектора 22мм;
- 2.4 Наличие носового зажима;
- 2.5 Наличие регулируемого фиксирующего ремешка, для закрепления маски на лице пациента;
- 2.6 Изделие однократного применения, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) масок кислородных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Маска кислородная неонатальная	штука	1 860
1.2	Маска кислородная педиатрическая	штука	2857
1.3	Маска кислородная взрослая	штука	26 567

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Маска должна быть прозрачной;
- 2.2 Отсутствие латекса;
- 2.3 Наличие коннектора 22мм;
- 2.4 Наличие носового зажима;
- 2.5 Наличие регулируемого фиксирующего ремешка, для закрепления маски на лице пациента;
- 2.6 Стерильно, изделие однократного применения, индивидуальная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фильтров вирусно-бактериальных однократного применения без порта Луер- Лок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Фильтры вирусно-бактериальные однократного применения без порта Луер- Лок	штука	513 020

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации - не менее 99,9%;
- 2.2. Минимальный дыхательный объем - не менее 200мл;
- 2.3. Метод фильтрации - электростатический;
- 2.4. Коннекторы - 22F/15M и 15F/22M;
- 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
 - при 30л/мин - не более 1,5см H₂O;
 - при 60л/мин - не более 2,5см H₂O;
- 2.6. Компрессионный объем - не более 70мл;
- 2.7. Изделие однократного применения;
- 2.8. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фильтров вирусно-бактериальных однократного применения с портом Луер- Лок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Фильтры вирусно-бактериальные однократного применения с портом Луер-Лок	штука	150 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Эффективность бактериальной и вирусной фильтрации - не менее 99,9%;
- 2.2. Минимальный дыхательный объем - не менее 200мл;
- 2.3. Метод фильтрации - электростатический;
- 2.4. Коннекторы - 22F/15M и 15F/22M;
- 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
 - при 30л/мин - не более 1,5см H₂O;
 - при 60л/мин - не более 2,5см H₂O;
- 2.6. Компрессионный объем - не более 70мл;
- 2.7. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);
- 2.8. Изделие однократного применения;
- 2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фильтров вирусно-бактериальных однократного применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Фильтры вирусно-бактериальные однократного применения	штука	300 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Эффективность фильтрации - не менее 99,9%;
- 2.2. *Дыхательный объем - 30-100мл;
- 2.3. Метод фильтрации - электростатический;
- 2.4. Коннекторы - 22F/15M и 15F/22M;
- 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
 - при 5л/мин - не более 1,0см H₂O;
 - при 10л/мин - не более 2,0см H₂O;
- 2.6. Компрессионный объем - не более 20мл;
- 2.7. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);
- 2.8. Изделие однократного применения;
- 2.9. Фильтр должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

Примечание: предложение, не соответствующее пунктам технических требований отмеченных «*» (астериксом), подлежит отклонению.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):**3.1 Согласно аукционным документам**

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фильтров тепло- и влагообменных однократного применения без порта Луер-Лок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Фильтры тепло- и влагообменные однократного применения без порта Луер-Лок	штука	27 950

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Эффективность фильтрации - не менее 99,9%;
- 2.2. Минимальный дыхательный объем - не менее 200мл;
- 2.3. Метод фильтрации - электростатический;
- 2.4. Коннекторы - 22F/15M и 15F/22M;
- 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
 - при 30л/мин - не более 2,0см H₂O;
 - при 60л/мин - не более 3,5см H₂O;
- 2.6. Компрессионный объем - не более 70мл;
- 2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;
- 2.8. Изделие однократного применения;
- 2.9. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фильтров тепло- и влагообменных однократного применения с портом Луер- Лок

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Фильтры тепло- и влагообменные однократного применения с портом Луер-Лок	штука	15 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Эффективность фильтрации - не менее 99,9%;
- 2.2. Минимальный дыхательный объем - не менее 200мл;
- 2.3. Метод фильтрации - электростатический;
- 2.4. Коннекторы - 22F/15M и 15F/22M;
- 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
 - при 30л/мин - не более 2,0см H₂O;
 - при 60л/мин - не более 3,5см H₂O;
- 2.6. Компрессионный объем - не более 70мл;
- 2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;
- 2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);
- 2.9. Изделие однократного применения;
- 2.10. Упаковка должна защищать изделие от влаги при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) фильтров тепло- и влагообменных однократного применения

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Фильтры тепло- и влагообменные однократного применения	штука	10 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Эффективность фильтрации - не менее 99,9%;
- 2.2. Дыхательный объем - 30-100мл;
- 2.3. Метод фильтрации - электростатический;
- 2.4. Коннекторы-22М/15F (22/15мм);
- 2.5. Сопротивление потоку дыхательной смеси:
 - при 5л/мин - не более 1,0см H₂O;
 - при 10л/мин - не более 2,0см H₂O;
- 2.6. Компрессионный объем - не более 20мл;
- 2.7. Наличие функции увлажнения и согревания дыхательной смеси на вдохе;
- 2.8. Наличие порта Луер-Лок с крышкой (замком);
- 2.9. Изделие однократного применения;
- 2.10. Фильтр должен быть стерильным и каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку, обеспечивающую сохранение стерильности.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) тепловлагообменников для трахеостомы

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1.	Тепловлагообменники для трахеостомы	штука	20 000

2. Показатели (характеристики):

- 2.1. Наличие трубки (канюли) для подачи кислорода длиной не менее 1,8м;
- 2.2. Фильтрация вдыхаемой смеси, задерживание тепла и влаги на выдохе;
- 2.3. Совместимость со всеми типами трахеостомических канюль, имеющих 15мм коннектор;
- 2.4. Наличие коннектора для подключения катетера для подачи кислорода;
- 2.5. Изделие однократного применения;
- 2.6. Индивидуальная упаковка, обеспечивающая защиту от влаги при хранении.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам