

Технические характеристики (описание) медицинской техники и
изделий медицинского назначения

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Комплектация	Количество, ед.
1.	Камера дезинфекционная	1
В комплект могут входить дополнительные принадлежности согласно стандартной комплектации производителя.		

2. Технические требования

2.1 Камера дезинфекционная с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления.

2.2 Автоматическое или полуавтоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции.

2.3 Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции.

2.4 Материал изготовления камеры дезинфекционной (внутренний корпус камеры из нержавеющей стали.).

2.5 Количество дверей (гряз./чист) – 2 шт.

2.6 Возможность перехода на ручной режим управления.

2.7 Внутренний объем камеры: общий не менее – 1,5 м³, загрузочный не менее – 1,3 м³.

2.8 Размеры камеры:

- внутренние размеры камеры (длина x ширина x высота (общая)), мм, не менее – 1300x700x1900;

- габаритные размеры камеры по корпусу (длина x ширина x высота), мм, не более – 1400x800x2210.

2.9 Электропитание:

- питание от сети, род тока - переменный 3-фазный;

- напряжение, В – 380 (±10%);

- потребляемая мощность, кВт, не более – 12.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара: гарантийное обслуживание оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.