

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Лот № 1 Камера дезинфекционная

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Комплектация	Количество
1	Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления, противень для формалина	1 шт.
1.2.	Уплотнители коллектора	1 шт.
1.3.	Щит управления	1 шт.
1.4.	Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня)	1 шт.
1.5.	Кожух коллектора	1 шт.
1.6.	Вытяжной воздуховод с клапаном	1 шт.
1.7.	Гидрозащитный зонт	1 шт.
1.8.	Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 680 мм	5 шт.
1.9.	Вешалка-зажим из нержавеющей стали с застежкой 400 мм	5 шт.
1.10.	Воронка с краном в сборе	1 шт.
1.11.	Водосливной патрубок ½"	1 шт.
1.12.	Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода	11 шт.
1.13.	Уплотнитель вытяжной трубы	1 шт.

2. Технические требования.

№ п/п	Наименование составной части, характеристики	Базовые параметры
2.1.	Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции.	Наличие
2.2.	Сохранение в памяти последних значений заданных параметров	наличие
2.3.	Точность поддержания заданной температуры в камере	±2°C
2.4.	Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции	наличие
2.5.	Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе	наличие
2.6.	Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции	наличие
2.7.	Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции	наличие
2.8.	Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры	наличие
2.9.	Возможность перехода на ручной режим управления	наличие
2.10.	Материал изготовления камеры	металл (нержавеющая сталь)

2.11.	Корпус камеры: разборный, состоящий из двух цельносваренных элементов каркаса, закрытый стальными двусторонними панелями с термоизолятором внутри.	соответствие
2.12.	Внутренний объем камеры: м ³ , не менее	
2.12.1	а) общий	1,89
2.12.2.	б) загрузочный	1,3
2.13.	Внутренние размеры камеры: (ДхШхВ)мм, не менее	1310x710x1950
2.14.	Высота от основания решетки до потолка: мм, не менее	1550
2.15.	Габаритные размеры камеры: (ДхШхВ) мм, не более	1390 x 995 x 2200
2.16.	Количество дверей, шт.	2
2.17.	Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее	8
2.18.	Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры	наличие
2.19.	Возможность снятия уплотнителей дверей для санитарной обработки и обратной установки эксплуатирующим персоналом без дополнительного инструмента	наличие
2.20	Электропитание	
2.20.1	а) род тока	Переменный 3-фазный
2.20.2	б) напряжение, В	220-380
2.20.3	в) частота, Гц	±50
2.21.	Потребляемая мощность: кВт, не более	9
2.22.	Время ввода в рабочий режим, не более	20 минут
2.23.	Встроенный парообразователь с ТЭНами	наличие
2.24.	Объем парообразователя: л, не более	25
2.25.	Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры	наличие
2.26.	Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия	наличие
2.27.	Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма	наличие
2.28.	Кран для слива воды из парообразователя	наличие
2.29.	Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры	наличие
3.	Запасные части	
3.1.	Электронагреватели: для воздуха/для воды	1/1
3.2.	Предохранитель 1А	2

3.Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам процедуры государственной закупки организатора.

4.Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ, для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий»;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке;