

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения «Инструментарий для хирургии»

1. Состав (комплектация) оборудования:

<i>Номер и наименование ЛОТа</i>	<i>Состав (комплектация)</i>	<i>Количество</i>
ЛОТ №1 Игла хирургическая/эндоскопическая (скорняжная)	Игла (скорняжная)	5 штук
ЛОТ №2 Кабель к аппарату электрохирургическому	1.Кабель к аппарату электрохирургическому для нейтрального одноразового электрода.	30 штук
	2.Кабель к аппарату электрохирургическому для нейтрального одноразового электрода.	20 штук
	3.Кабель к аппарату электрохирургическому для нейтрального одноразового электрода.	20 штук

2. Технические требования:

ЛОТ №1 Игла хирургическая/эндоскопическая (скорняжная)
2.1. Длина рабочей части 100мм±2мм, сечение рабочей части 0,9ммх2мм±0,1мм.
2.2. Инструмент стерилизуется.
ЛОТ №2 Кабель к аппарату электрохирургическому
2.1.1 Совместим с аппаратом МВС601 компании Soring
2.1.2 Совместим с аппаратом ICC 300 Н компании Erbe
2.1.3 Совместим с аппаратом ЭХВЧ-350-01 компании Фотек

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.