

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач УЗ «Слуцкая ЦРБ»

А.П. Сокол



Задание на закупку: Лапароскопический инструментарий

Лот №1 Лапароскопический инструментарий

Код по ОКРБ 007-2012: 32.50.50.390

Предельная стоимость: 37 408,32 бел. руб.

№ п/п	Наименование	Технические требования	Кол-во, шт.
1.	Захватывающие щипцы когтевого типа (инструмент в сборе)	Инструмент в сборе состоит из полимерной рукоятки с кремальерой, тубуса и вставки Щипцы когтевого типа с зубьями – 2 зуба на подвижной бранше и 3 зуба на неподвижной бранше Одна подвижная бранша Вращение 360 градусов Диаметр – 5 мм Рабочая длина, 330 мм Должен быть разъем для подключения ЭХВЧ	2
2.	Захватывающие щипцы ДэБэйки атравматичные (вставка)	Атравматичные Тонкие атравматичные зазубрины Две подвижные бранши длиной 25 мм Должен быть совместим с тубусами и рукоятками инструментов в сборе Диаметр - 5 мм Рабочая длина - 330 мм	2
3.	Тубус для монополярных инструментов Ø 5 мм	Изолированный тефлоном Усиление тубуса Должен быть совместим с рукоятками и вставками инструментов в сборе Диаметр - 5 мм Рабочая длина - 330 мм	2
4.	Рукоятка полимерная для монополярных инструментов без кремальеры	Полимерная без кремальеры Должен быть разъем для подключения ЭХВЧ Должен быть совместим с тубусами и вставками инструментов в сборе Механизм вращения 360 градусов	2
5.	Ножницы Метценбаум (инструмент в сборе)	Инструмент в сборе состоит из полимерной рукоятки без кремальеры, тубуса и вставки	2

		Алмазное напыление Изогнутые Длина лезвий - 15 мм Две подвижные бранши Вращение 360 градусов Диаметр - 5 мм Рабочая длина - 330 мм Должен быть разъем для подключения ЭХВЧ	
6.	Захватывающие щипцы Йоханс с окончатыми браншами (инструмент в сборе)	Инструмент в сборе состоит из полимерной рукоятки с кремальерой, тубуса и вставки Окончатые бранши Длина бранш - 20 мм Две подвижные бранши Вращение 360 градусов Диаметр - 5 мм Рабочая длина - 330 мм Должен быть разъем для подключения ЭХВЧ	1
7.	Захватывающие щипцы Дорси с окончатыми браншами (инструмент в сборе)	Инструмент в сборе состоит из полимерной рукоятки с кремальерой, тубуса и вставки Окончатые бранши Длина бранши - 13 мм Две подвижные бранши Вращение 360 градусов Диаметр, мм - 5 мм Рабочая длина - 330 мм Должен быть разъем для подключения ЭХВЧ	1
8.	Монополярный L- образный электрод	L-образная форма электрода Керамический наконечник Диаметр - 5 мм Рабочая длина - 360 мм Должен быть разъем для подключения ЭХВЧ	1
9.	Фиксирующие щипцы Шредера	Многоразовое использование Автоклавиrowание	2
10.	Троакар Ø5,5 мм	Троакар предназначен для проникновения в брюшную полость через слои брюшной стенки путем прокалывания тканей стилетом, обеспечения и сохранения доступа к операционному полю Диаметр - 5,5 мм Рабочая длина - 100 мм Диаметр вводимых инструментов - не более 5 мм	2

		Корпус должен быть из нержавеющей стали Возможность ручного управления клапаном с помощью рычага Запорный кран из нержавеющей стали Разборный Срез - прямой Рабочая часть должна быть гладкой	
11.	Стилет троакара Ø5,5 мм с пирамидальным наконечником	Стилет пирамидальной формы Диаметр рабочей части - 5,5 мм Длина рабочей части – 150 мм	2
12.	Троакар Ø11 мм	Троакар предназначен для проникновения в брюшную полость через слои брюшной стенки путем прокалывания тканей стилетом, обеспечения и сохранения доступа к операционному полю Диаметр - 11 мм Рабочая длина - 100 мм Диаметр вводимых инструментов - не более 11 мм Корпус должен быть из нержавеющей стали Возможность ручного управления клапаном с помощью рычага Запорный кран должен быть из нержавеющей стали Разборный Срез - прямой Рабочая часть должна быть гладкой	2
13.	Стилет троакара Ø11 мм с пирамидальным наконечником	Стилет пирамидальной формы Диаметр рабочей части – 11 мм Длина рабочей части – 170 мм	2
14.	Уплотнительные колпачки для троакаров Ø5,5 мм	Совместимость с троакарами Диаметр - 5,5 мм	50
15.	Уплотнительные колпачки для троакаров Ø11мм	Совместимость с троакарами Диаметр – 11 мм	50
16.	Маточный манипулятор, комплект с 6-ю вставками	Возможность смены вставок	1
17.	Вставка для маточного манипулятора Ø 3,2 x 45мм	Должна быть совместима с маточным манипулятором Размер Ø 3 x 45 мм	2
18.	Абразивные подушечки для очистки электродов	Размер - 50x50 мм Толщина - 6 мм Стерильные Клеящий слой Применяются для удаления загрязнений с поверхности электродов Количество в комплекте 100 шт.	5
Итого:			131

Специальные требования

- все инструменты и принадлежности должны быть многоразового использования;
- все инструменты и принадлежности должны быть совместимы/ взаимозаменяемы с имеющимися в наличии инструментами производства Richard Wolf;
- виды стерилизации, применяемые в операционном блоке - автоклавирование (134C° - 5 – 7 минут – 2 атмосферы, 121C° - 20 минут – 1,1 атмосферы);
- наличие необходимой документации по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

Требование качества и срока годности (стерильности) товара, условия поставки товара

- изделия должны соответствовать требованиям нормативно-правовых технических актов Республики Беларусь;
- товары должны быть новыми (товарами, которые не были в употреблении, ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) (подтверждается заявлением участника);
- наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения Республики Беларусь,
- при поставке товара представить сертификаты и иные документы, подтверждающие качество товара;
- участник должен предоставить документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемых изделий, на русском языке;
- товар поставляется транспортом поставщика в течение 120 календарных дней от даты заключения договора.

Разработано:
Врач-акушер-гинеколог
(заведующий)



Ю.Н. Жибко