

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Наборы для сбора плазмы, клеток крови на автоматических сепараторах крови "Spectra Optia" (10120 или аналог)	Штука	156

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Набор должен быть предназначен для выделения стволовых клеток на имеющемся аппарате Spectra Optia производства фирмы «CaridianBCT Inc.» / «TerumoBCT Inc.» (США).

2.2. Набор должен быть предназначен для двухигольного типа процедур.

2.3. Набор должен обеспечивать низкий экстракорпоральный объем (не более 185 мл).

2.4. Первичное заполнение магистралей: Физиологическим раствором, Альбумином, Плазмой, Донорской кровью.

2.5. Полученная периферическая стволовая клетка должна храниться не менее 2 суток.

2.6. Набор стерильный, одноразовый.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Антикоагулянт (ACD-A) - 500 мл.	Штука	1000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Пакеты с антикоагулянтom предназначены для использования с автоматическими сепараторами крови.

2.2. Состав: Natrii Citrate – 22.0g, Glucose monohydrate 24.5g, Acidum Citricum monohydricum 8.0g, вода для инъекций – до 1000.0ml

2.3. Наличие не менее одного порта для присоединения игл.

2.4. Наличие защитной упаковки пакета, обеспечивающее его стерильность.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.