

лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) ваты медицинской хирургической стерильной

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Масса упаковки	Единица измерения	Количество
1.1	Вата медицинская хирургическая стерильная	25г	штук	4 500
1.2	Вата медицинская хирургическая стерильная	50г	штук	3 447
Итого по лоту			штука	7 947

2. Показатели (характеристики):

- 2.1 Вата должна быть изготовлена из хлопкового волокна.
- 2.2 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.
- 2.3 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и хлопковой пыли не более 0,15%.
- 2.4 Засоренность не более 0,30%.
- 2.5 Не допускается содержание посторонних примесей: иголок, щепочек, нитей и др.
- 2.6 Зольность не более 0,30%.
- 2.7 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.
- 2.8 Влажность не более 8%.
- 2.9 Поглощительная способность не менее 20г.
- 2.10 Капиллярность не менее 70 мм.
- 2.11 Реакция водной вытяжки - нейтральная.
- 2.12 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.
- 2.13 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.
- 2.14 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.
- 2.15 Содержание восстанавливающих веществ - следы.
- 2.16 Степень белизны не менее 72%.
- 2.17 Запах не допускается.
- 2.18 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.
- 2.19 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
- 2.20 Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) ваты медицинской хирургической стерильной

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Масса упаковки	Единица измерения	Количество
1.1	Вата медицинская хирургическая стерильная	25г	штук	500
1.2	Вата медицинская хирургическая стерильная	50г	штук	383
Итого по лоту			штука	883

2. Показатели (характеристики):

- 2.21 Вата должна быть изготовлена из хлопкового волокна.
- 2.22 Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений волокон-узелков не более 2,4%.
- 2.23 Массовая доля коротких волокон (менее 5мм) и хлопковой пыли не более 0,15%.
- 2.24 Засоренность не более 0,30%.
- 2.25 Не допускается содержание посторонних примесей: иголок, щепочек, нитей и др.
- 2.26 Зольность не более 0,30%.
- 2.27 Массовая доля жировых и воскообразных веществ не более 0,35%.
- 2.28 Влажность не более 8%.
- 2.29 Поглощительная способность не менее 20г.
- 2.30 Капиллярность не менее 70 мм.
- 2.31 Реакция водной вытяжки - нейтральная.
- 2.32 Массовая доля хлористых солей не более 0,04 %.
- 2.33 Массовая доля сернокислых солей не более 0,02%.
- 2.34 Массовая доля кальциевых солей не более 0,06%.
- 2.35 Содержание восстанавливающих веществ - следы.
- 2.36 Степень белизны не менее 72%.
- 2.37 Запах не допускается.
- 2.38 Упаковка ваты должна обеспечить сохранность качества.
- 2.39 Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам.
- 2.40 Стерильно.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

- 3.1 Согласно аукционным документам.