

Технические характеристики Офтальмологической фундус-камеры

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1.1	Офтальмологическая фундус-камера	комплект	1
1.2	Стол с электроприводом	шт.	1
1.3	Чехол защитный	шт.	1
1.4	Внешняя фиксационная метка	шт.	1

2. Технические требования

№ п/п	Технические требования
Офтальмологическая фундус-камера	
2.1	Наличие в составе: основного блока, панели управления упора для лица пациента
2.2	Рабочее расстояние не более 40 мм
2.3	Угол изображения: не менее 45°
2.4	Режимы съемки: цветная / инфракрасная
2.5	Автоматические режимы: съемка / выравнивание / фокусировка / определение правого и левого глаза
2.6	Минимальный диаметр зрачка: не более 3,0 мм
2.7	Диапазон изменения диоптрийной силы глаза пациента: не менее от -12D до + 12D
2.8	Вспомогательные функции для фотосъемки: - Функция автофокуса - Функция автоматического выравнивания - Функция автоматической съемки; - Функция диафрагмы малого зрачка
2.9	Сенсорный экран
2.10	Внутренняя фиксационная метка: диск, центр и макула, шаблон из не менее 7 позиций для проведения периферической съёмки.
2.11	Режим работы: ручной / автоматический

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора