

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) лапароскопического инструментария для коагуляции

Лот №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Кабель для подключения биполярных лапароскопических инструментов	50
2.	Кабель для подключения монополярных лапароскопических инструментов	50

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
 - 2.1. Совместим с электрохирургическим аппаратом Erbe
 - 2.2. Длина кабеля не менее 3 метров
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) лапароскопического инструментария соединяющего и воздействующего на ткани организма

Лот №8

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Эндоклипсер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс	4
2.	Эндоклипсер многоразовый для наложения больших полимерных клипс	4
3.	Эндоклипсер многоразовый для наложения экстра-больших полимерных клипс	4

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
 - 2.1. Эндоклипсер многоразовый для наложения средне-больших полимерных клипс должен иметь:
 - 2.1.1. Цветовая маркировка клипатора- зеленая;
 - 2.1.2. Поворот рабочей части не менее 340°;
 - 2.1.3. Диаметр - 5 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;
 - 2.1.4. Бранши изогнуты на 20°;
 - 2.1.5. В браншах клипатора имеются углубления 0,9мм, соответствующие выступам на клипсе;
 - 2.1.6. Эндоклипсер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 3 до 10 мм;
 - 2.2. Эндоклипсер многоразовый для наложения больших полимерных клипс должен иметь:
 - 2.2.1. Цветовая маркировка клипатора- фиолетовая;
 - 2.2.2. Поворот рабочей части не менее 340°;
 - 2.2.3. Диаметр - 10 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;
 - 2.2.4. Бранши изогнуты на 20°;
 - 2.2.5. В браншах клипатора имеются углубления 1,3мм, соответствующие выступам на клипсе;
 - 2.2.6. Эндоклипсер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 5 до 13 мм;
 - 2.3. Эндоклипсер многоразовый для наложения экстра-больших полимерных клипс должен иметь:
 - 2.3.1. Цветовая маркировка клипатора- желтая;
 - 2.3.2. Поворот рабочей части не менее 340°;
 - 2.3.3. Диаметр - 10 мм, рабочая длина не менее- 320 мм;

- 2.3.4. Бранши изогнуты на 20°;
- 2.3.5. Эндоклипер для наложения полимерных клипс на трубчатые структуры от 7 до 16 мм;
- 2.4. Многоразового пользования, подвергаться многочисленным циклам газовой, химической стерилизации и автоклавированию
- 2.5. Инструменты должны быть доступными для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации
- 3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.