

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1.	Кювета спектрофотометрическая	штука	13000
1.2.	Кювета спектрофотометрическая	штука	7000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

2.1.

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики) предмета государственной закупки
1.1.	Кювета спектрофотометрическая	Тип А одинарная Полумикро объемом -2,5 мл
1.2.	Кювета спектрофотометрическая	Тип А одинарная Макро объемом -4,0 мл

2.1. Предлагаемые кюветы должны быть предназначены для однократного использования и готовы к применению;

2.2. Предназначены для работы на спектрофотометре марки SOLAR;

2.3. Кюветы должны быть выполнены из оптического полистирола;

2.4. Фасовка по 100 штук

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Срок годности должен составлять не менее 80% от установленного изготовителем.

Заведующий ЦДЛ

Е.И. Маник