

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки «Масло для предстерилизационной обработки хирургических моторных систем»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во
1.1.	Масло для предстерилизационной обработки хирургических моторных систем в комплекте с адаптером	флакон	200
Итого		флакон	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Форма выпуска – масляный спрей.

2.2. Объем флакона не менее 250мл.

2.3. Возможность применения перед стерилизацией паровым методом.

2.4. * Наличие рекомендации (разрешения) к применению от производителя имеющегося оборудования (пила осциллирующая системы Acculan, дрель и пример системы Acculan Aescular AG).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Примечание: пункты, отмеченные астериксом «*», имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.