

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) систем вакуумно-поршневых

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики)	Единица измерения	Количество
1.1	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания (силикат) Материал: пластик *Размер (длина x диаметр): 92x15 мм *Объем биоматериала: 92x15: 7,5 мл Цвет крышки: белый или красный	штуки	288 000
1.2	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания (силикат) Материал: пластик *Размер (длина x диаметр): 90x13 мм *Объем биоматериала: 90x13: 4,9 мл Цвет крышки: белый или красный	штуки	338 500
1.3	Пробирка вакуумная поршневая для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания (силикат) Материал: пластик *Размер (длина x диаметр): 65x13 мм *Объем биоматериала: 65x13: 2,6 мл Цвет крышки: белый или красный	штуки	219 200
1.4	Пробирка вакуумная поршневая с разделительным гелем для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: активатор свертывания, разделительный гель Материал: пластик Размер: 92x15 Объем биоматериала: 92x15: 7,5 мл Цвет крышки: коричневый	штуки	327 400
1.5	Пробирка вакуумная поршневая с гепарином для биохимических, серологических, иммунохимических исследований	Наполнитель: Li-гепарин Материал: пластик *Размер: 90x13*Объем биоматериала: 92x13: 4,9 мл Цвет крышки: оранжевый	штуки	31 900

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики)	Единица измерения	Количество
	исследований	или зеленый		
1.6	Пробирка вакуумная поршневая с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА Материал: пластик *Размер: 65x13 Объем биоматериала*: 65x13: 2,6 мл Цвет крышки: красный или сиреневый	штуки	885 100
1.7	Пробирка вакуумная поршневая с К3(2) ЭДТА для гематологических исследований	Наполнитель: К3 или К2 ЭДТА Материал: пластик *Размер: 65x11 Объем биоматериала*: 66x11: 2,7 мл Цвет крышки: красный или сиреневый	штуки	94 500
1.8	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований	Наполнитель: цитрат натрия 3,2% Материал: пластик *Размер: 75x13 мм. *Объем биоматериала: 75x13: 3,0 мл Цвет крышки: зеленый или голубой	штуки	43 000
1.9	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований	Наполнитель: цитрат натрия 3,2% Материал: пластик *Размер: 66x8 мм. *Объем биоматериала: 66x8: 1,4 мл Цвет крышки: зеленый или голубой	штуки	48 150
1.10	Пробирка вакуумная поршневая с цитратом натрия для коагулологических исследований	Наполнитель: цитрат натрия 3,2% Материал: пластик *Размер: 75x13 мм. *Объем биоматериала: 75x13: 4,3 мл Цвет крышки: зеленый или голубой	штуки	267 500

№ п/п	Наименование	Показатели (характеристики)	Единица измерения	Количество
1.11	Пробирка вакуумная поршневая для определения функций тромбоцитов	Наполнитель: гирудин Материал: пластик Размер: 75х13. *Объем биоматериала: 75х13: 1,6 мл Цвет крышки: темно-зеленый	штуки	8 100
1.12	Игла универсальная с защитным колпачком	Размер иглы: 21 G	штуки	440 000
1.13	Игла универсальная с защитным колпачком	Размер иглы: 22 G	штуки	25 000
1.14	Игла универсальная с защитным колпачком	Размер иглы: 20 G	штуки	9 500
1.15	Игла безопасная с защитным колпачком	Размер иглы: 20 G	штуки	2 203
1.16	Игла безопасная с защитным колпачком	Размер иглы: 21 G	штуки	362 500
1.17	Игла безопасная с защитным колпачком	Размер иглы: 22 G	штуки	10 200
1.18	Игла -бабочка Safety-Multifly	Размер иглы: 23 G	штуки	55 000
1.19	Мультиадаптер для совместимости с системами Люэра (внутривенный катетер, игла-бабочка)	Для пробирок вакуумно-поршневых	штуки	11 000

2. Показатели (характеристики):

2.1 В случае предложения компонентов системы различных производителей их совместимость должна быть подтверждена документально производителем пробирок.

2.2 Объем засасываемой крови должен быть в пределах $\pm 10\%$ номинальной вместимости пробирки, которая обозначена на этикетке линией наполнения.

2.3 Пробирки и иглы должны быть стерильны в соответствии с Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2013 №128.

2.4 Этикетки пробирок должны быть снабжены следующей информацией: наименование или торговая марка изготовителя или

поставщика, номер партии, буквенный код и/или описание содержимого, срок годности, номинальная вместимость, линия наполнения, надпись стерильно.

2.5 Маркировка на внешней стороне первичной упаковки должна содержать следующую информацию: наименование и адрес изготовителя поставщика, номер партии, срок годности, описание содержимого (номинальная вместимость, покрытие или добавки во всех пробирках, наименование добавок или их формулы и/или их буквенный код, надпись «стерильно», надпись «одноразовый», требования к хранению).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.