

Приложение №1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Набор реагентов для определения AFP (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	2
2	Набор калибраторов для определения AFP	упак	1
3	Набор реагентов для определения CEA (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	3
4	Набор калибраторов для определения CEA	упак	1
5	Набор реагентов для определения СА-125 (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	2
6	Набор калибраторов для определения СА-125	упак	1
7	Набор реагентов для определения HE4 (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	1
8	Набор калибраторов для определения HE4	упак	1
9	Набор контролей для определения HE4	упак	1
10	Набор реагентов для определения СА 15-3 (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	2
11	Набор калибраторов для определения СА 15-3	упак	1
12	Набор реагентов для определения СА 19-9 (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	2
13	Набор калибраторов для определения СА-19-9	упак	1
14	Набор реагентов для определения витамина Д (25-OH Vitamin D) (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	3
15	Набор калибраторов для определения витамина Д (25-OH Vitamin D)	упак	1
16	Набор реагентов для определения Free T3 (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	1
17	Набор калибраторов для определения Free T3	упак	1
18	Набор реагентов для определения тиреоглобулина Tg (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	2
19	Набор калибраторов для определения тиреоглобулина Tg	упак	1

20	Набор реагентов для определения Anti-Tg (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	1
21	Набор калибраторов для определения Anti-Tg	упак	1
22	Набор реагентов для определения Alere NT-proBNP (100 тестов в наборе)	набор (100 тестов в наборе)	2
23	Набор калибраторов для определения Alere NT-proBNP	упак	1
24	Набор контролей для определения Alere NT-proBNP	упак	1
25	Контроль многокомпонентный иммунологический	упак	1

35

2. Технические требования:

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственной закупке товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты, калибровочные и контрольные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства «ABBOTT» (США) для автоматического иммунохимического анализатора «ARCHITECT i1000SR».

2.2. Реагенты, калибровочные и контрольные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию.

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке и паспорт контрольного материала с аттестованными значениями.

2.4 В случае предложения реагентов, калибровочных и контрольных материалов не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1. Срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Разработчики технических требований:

Врач клинической лабораторной диагностики (заведующий) КДЛ  И.С.Холод

Главная медицинская сестра  А.С. Хведорук