

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Электроды для электрокардиографа «Альтоник-06» с кабелем L= 35см (одноразовые) неонатальные	шт.	5010

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

Специальные технические требования:

2.1. Электроды для ЭКГ с кабелем неонатальные, одноразовые для электрокардиографа «Альтоник-06»

2.2. диаметр электрода не более 32мм,

2.3. длина кабеля 10-35 см

2.4. разъем 4,0 мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:


3.1. Срок годности не менее 60% от срока годности установленного производителем.

Разработчики технических требований:

1	Протасевич Елена Александровна	Врач-неонатолог (заведующий) педиатрического отделения	
2	Грабовец Татьяна Анатольевна	Медицинская сестра (старшая) педиатрического отделения	

СОГЛАСОВАНО

Главный внештатный
специалист по неонатологии



С.В. Филатов

«18»

03

2026г.