

ЛОС 1

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик): Блок контроля давления медицинских газов со встроенной световой и звуковой сигнализацией на 1 газ (кислород) (аналог)

1. Состав (комплектация) товара - 1-го комплекта

№ п/п	Наименование	Количество
1	БКМГ-ИМТ-01 (аналог)	1
2	Информационный разъем RJ-45 для передачи сигналов на удаленные устройства отображения;	2
3	Программное обеспечение для совместной работы с диспетчеризацией системы лечебного газоснабжения	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.	Блок контроля давления медицинских газов со встроенной световой и звуковой сигнализацией на 1 газ (кислород) (аналог)	
2.1	Потребляемая мощность	не более 0,06 кВт
2.2	Габаритные размеры	444x344x155 (+/-10) мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

1052

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик): Блок диспетчеризации лечебного газоснабжения

1. Состав (комплектация) товара – 1-го комплекта

№ п/п	Наименование	Количество, шт.
1	Дисплей 23" для отображения полной информации о работе системы лечебного газоснабжения	1
2	Мини ПК с предустановленным ПО	1
3	Беспроводные клавиатура и мышь	1
4	Программное обеспечение, с возможностью архивации, записи и передачи информации о работе системы лечебного газоснабжения на удаленные устройства (облачное хранилище, персональный компьютер, планшет, мобильный телефон)	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.	Блок диспетчеризации лечебного газоснабжения	не более 0,7 кВт
2.1	Потребляемая мощность	450x350x160 (+/-10)
2.2	Габаритные размеры, мм	

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

ЛОГ 3

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик): **Выносное (дублирующее) устройство световой и звуковой сигнализации блока контроля медицинских газов на 1 газ (кислород) (аналог)**

1. Состав (комплектация) товара - 1-го комплекта

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	БКМГ-ИМГ-01-1 (аналог)	шт.	1
2	Информационный разъем RJ-45 для подключения к блоку контроля	шт.	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
2.	Выносное (дублирующее) устройство световой и звуковой сигнализации блока контроля медицинских газов на 1 газ (кислород) (аналог)	
2.1	Потребляемая мощность	не более 0,06 кВт
2.2	Габаритные размеры	175x121x45 (+/-10) мм

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.