

Технические характеристики (описание) предмета закупки.

Технические требования:

Наименование	Технические характеристики и параметры	Количество шт.
Игла акупунктурная (длина/диаметр - количество)	28-30 мм. /0.3-0.33 мм.	15000
Игла акупунктурная (длина/диаметр - количество)	48-50 мм. /0.3-0.33 мм.	24000
Игла акупунктурная (длина/диаметр - количество)	73-75 мм. / 0.3-0.33 мм.	7800
материал стержня иглы	нержавеющая высококачественная медицинская сталь	
материал рукоятки иглы	медь	
Герметичная блистерная упаковка, обеспечивающая сохранение стерильности	наличие	
Возможность вскрытия 1 иглы из блистера без нарушения стерильности остальных игл	наличие	
Срок стерильности изделия в целостной упаковке	не менее 18 месяцев с момента закупки	
Регистрационное удостоверение МЗ РБ	наличие	
Доставка	за счет поставщика	

Разработчики технических характеристик:
Врач-реабилитолог (заведующий)



Н.А. Литохина

