

**Технические характеристики на закупку
стерилизатора парового типа**

1. Состав оборудования (из расчета на 1 комплект оборудования):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Кол-во, ед.
1.1	Стерилизатор паровой непроходной ,объем камеры не менее 73 литров	штука	1
1.2	Транспортная тележка	штука	1
1.3	Загрузочная (внутренняя) тележка	штука	1
1.4	Встроенный принтер	штука	1
1.5	Бумага для встроенного принтера	рулон	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. Объем стерилизационной камеры- не менее 73 литров.

2.2. Габариты мм, не более 600×805×1500.

2.3. Наличие специальной программы с возможностью задания параметров стерилизации по требованию пользователя.

2.4. Встроенный вакуумный насос и система подачи сжатого воздуха.

2.5. Электрический способ нагрева, встроенный паровой генератор.

Автоматическая очистка парогенератора от солей накипи.

2.6. Наличие программ проверки герметичности.

2.7. Система самодиагностики и тревог, сервисные программы. Наличие аварийных предохранительных систем.

2.8. Автоматическая подача воды в парогенератор с системой её термической дегазации.

2.9. Многоходовой фильтр бактериальной очистки воздуха, выпускаемого в стерилизационную камеру после вакуумной сушки.

2.10. Наличие на передней панели дисплея с меню на русском языке для управления и отображения всех параметров стерилизатора и хода выполнения программы.

2.11. Подключение к деминерализованной воде, системе очищенного сжатого воздуха.

2.12*. Тип двери- слайдовая.

2.13. Франкционная вакуумная откачка воздуха из камеры-наличие

2.14. Автоматическое управление- наличие.

2.15. Вакуум тест; тест Бови-дика- наличие.

2.16*. Наличие встроенных программ стерилизации текстиля и посуды, стерилизации инструментов и оборудования, стерилизация резиновых изделий и программы со свободными параметрами.

Примечание: технические требования отмеченные «*» (звёздочкой) являются обязательными. Предложения не соответствующие указанными требованиями, не оцениваются и подлежат отклонению.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционных документов организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий (на 1 единицу):

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Стерилизатор паровой (установка) для обеззараживания медицинских отходов (непроходной)	шт.	1
1.2	транспортная тележка	шт.	1
1.3	загрузочный контейнер для размещения отходов	шт.	1
1.4	воздушный компрессор	шт	1
1.5	система водоподготовки для обеспечения питания парогенератора	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

№ п/п	Наименование	Наличие функции или величина параметра
2.1	Объем стерилизационной камеры, л не более	150
2.2	Габаритные размеры, мм Г*Ш*В не более	1100x1260x1750
2.3	Напряжение, В	380
2.4	Время дезинфекции, мин	1÷999
2.5	Температура в диапазоне, °С	120-137
2.6	Дверь	слайдовая, вертикальная
2.7	Био-фильтр	наличие
2.8	Программы обеззараживания -не менее	4(одна из них пользовательская)
2.9	Тестовые режимы	-тест Бови-Дика -тест на герметичность
2.10	Панель	-сенсорная
2.11	Принтер	-наличие, автоматическая документация процесса.

2.12	Система безопасности:	наличие
2.12.1	-блокировка включения при открытой двери;	наличие
2.12.2	-блокировка двери во время выполнения программы, при наличии посторонних предметов в дверном проёме, при наличии давления в камере;	наличие
2.12.3	-отключение ТЭНов при снижении уровня воды в парогенераторе;	наличие
2.12.4	-блокировка выполнения программы в аварийных ситуациях;	наличие
2.12.5	-защита от несанкционированного изменения параметров — при помощи паролей;	наличие
2.12.6	-защитное устройство от превышения давления в парогенераторе.	наличие

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.