

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

«Лезвия для электродерматомы (перфоратора) системы Acculan»

(наименование предмета государственной закупки)

1. Состав (комплектация) оборудования

№ п/п	Наименование	Количество
Лот 1	Лезвия для электродерматомы системы Acculan, Aescular	3000 шт.

2. Технические требования

№ п/п	Наименование	Базовые параметры
Лот 1		
1	Лезвия для электродерматомы системы Acculan, Aescular	1. ширина лезвия $78 \pm 0,1$ мм 2. толщина лоскута 0,2-1,2 мм 3. стерильное 4. одноразовое

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на русском языке.