

**Описание потребительских, функциональных, ~~технических~~
качественных и эксплуатационных показателей ~~(характеристик)~~
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Комплект расходных материалов для проведения экстракорпоральной мембранной оксигинации в составе:	10 комплектов
1.1	Оксигенатор с артериальным и венозным выходами 3/8 French, с интегрированным артериальным фильтром и центробежным насосом (совместимым с системой Cardiohelp производства Maquet), встроенными разъемами для определения венозного давления, артериального давления, дополнительного давления, температуры, гемоглобина, гематокрита и венозной сатурации	1
1.2	Артериальная и венозная магистрали 3/8 French с цветовой маркировкой и магистральными зажимами, с quick-коннекторами	1
1.3	Контур первичного заполнения с quick-коннекторами	1
1.4	Газовая магистраль 1/4- 1/4 с фильтром к газовому микшеру	1
1.5	Набор для чрескожной установки канюли (венозной)	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Совместимость с имеющимся аппаратом для проведения экстракорпоральной мембранной оксигинации системой Cardiohelp производства Maquet.

2.2. Предназначение: для аппарата вспомогательного кровообращения для длительной экстракорпоральной оксигенации крови (не менее чем на 30 дней) при острой сердечно-дыхательной недостаточности в условиях операционной, палат реанимации и при транспортировке

2.3. Биосовместимое покрытие всех компонентов системы

2.4. Общий объем заполнения всей системы не более 800 мл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора (заказчика).