

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Кол-во
1.	Контур дыхательный (для взрослых) для аппаратов ИВЛ	шт.	480
1.2 Состав одного комплекта:			
1.2.1	Трубка гофрированная конфигурируемая, длина 1,8 метра	шт.	1
1.2.2	Трубка гофрированная конфигурируемая, длина 0,9 метра	шт.	3
1.2.3	У-образный адаптер с портами для датчика температуры	шт.	1
1.2.4	Шарнирный угловой адаптер (с портом для санации)	шт.	1
1.2.5	Угловой адаптер (с портом Luer-Lock)	шт.	1
1.2.6	Мешок резервный дыхательный, объемом 2000 мл.	шт.	1
1.2.7	Прямой адаптер (стандартный 22F/22М для подключения к ИВЛ)	шт.	4
1.2.8	Переходник 22М/22М15F	шт.	1
1.2.9	Фильтр бактериально-вирусный с тепловлагообменом	шт.	2
1.2.10	Влагосборник	шт.	1

2. Технические требования.

- 2.1. Должен быть стерильным, апиногенным;
- 2.2. Однократного использования;
- 2.3. Все компоненты одного комплекта должны быть упакованы в единую стерильную упаковку;
- 2.4. Фильтры бактериально-вирусные в индивидуальных стерильных упаковках внутри общей стерильной упаковки;
- 2.5. Тип контура: двухлинейный (линия вдоха и линия выдоха);
- 2.6. Назначение: для взрослых пациентов;
- 2.7. Материал трубок: прозрачный, устойчивый к изломам и перегибам полимер;
- 2.8. Трубки контура конфигурируемые с возможностью регулировки длины контура и объёма мёртвого пространства;

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

3.1.Срок годности (стерильности) поставляемого товара должен быть не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.

4. Поставка может осуществляться частями по согласованию сторон.