

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Лот № 1 Диатермокоагулятор стоматологический (Аппарат медицинский электрохирургический)

1. Состав (комплектация на 1 комплект) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Электрохирургический аппарат	шт.	1
1.2	Педаль ножная	шт.	1
1.3	Нейтральный электрод	шт.	1
1.4	Ручка держатель монополярных электродов	шт.	1
1.5	Электрод - нож, электрод – шарик, электрод петля	к-т.	1
1.6	Биополярный пинцет с загнутыми кончиками	шт.	1
1.7	Кабель для биополярного пинцета	шт.	1

2. Технические требования

№п/п	Наименование характеристики	Базовые параметры
2.1.1	Напряжение	220 ± 10В, 50-60Гц
2.1.2	Максимальная мощность	Не более 120 Вт
2.1.3	Рабочая частота	100-400кГц
2.1.4	Режим монополярной коагуляции	наличие
2.1.5	Режим монополярного воздействия (разрез)	наличие
2.1.6	Режим биополярной коагуляции	наличие
2.1.7	Авто тест	наличие
2.1.8	REM система	наличие
2.1.9	Регулировка мощности	наличие
2.1.10	Защита от перегрузок, контроль температуры наиболее важных узлов	наличие