

№ лота	Наименование	Технические характеристики
1.	Набор гинекологический однократного применения тип 1 (зеркало S, перчатка, салфетка) или аналог	1. Состав набора: 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление 1.3. перчатки (М) 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (S). 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
2.	Набор гинекологический однократного применения тип 1 (зеркало М, перчатка, салфетка) или аналог	1. Состав набора 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление 1.3. перчатки (М) 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (М). 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
3.	Набор гинекологический однократного применения тип 1 (зеркало L, перчатка, салфетка) или аналог	1. Состав набора 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление, 1.3. перчатки (М), 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (L). 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
4.	Набор гинекологический однократного применения тип 2 (зеркало S, перчатка, салфетка, шпатель Эйера) или аналог	1. Состав набора: 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление, 1.3. перчатки (М), 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (S). 1.5. шпатель Эйера.

		2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
5.	Набор гинекологический однократного применения тип 2 (зеркало М, перчатка, салфетка, шпатель Эйра) или аналог	1. Состав набора: 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление, 1.3. перчатки (М), 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (М). 1.5. шпатель Эйра. 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
6.	Набор гинекологический однократного применения тип 3 (зеркало S, перчатка, салфетка, ложка Фолькмана) или аналог	1. Состав набора: 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление, 1.3. перчатки (М), 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (S). 1.5. ложка Фолькмана 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
7.	Набор гинекологический однократного применения тип 3 (зеркало М, перчатка, салфетка, ложка Фолькмана) или аналог	1. Состав набора: 1.1. подкладная салфетка 1.2. вкладыш-направление, 1.3. перчатки (М), 1.4. зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (М). 1.5. ложка Фолькмана 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
8.	Набор гинекологический однократного	1. Состав набора:

	применения тип 3 (зеркало L, перчатка, салфетка, ложка Фолькмана) или аналог	1.1.подкладная салфетка 1.2.вкладыш-направление, 1.3.перчатки (M). 1.4.зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (L). 1.5. ложка Фолькмана 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2.Салфетка размер не менее 40х60 2.3.Стерильный.
9.	Набор гинекологический однократного применения тип 4 (зеркало S, 2 перчатки, салфетка, цитощетка) или аналог	1.Состав набора: 1.1.подкладная салфетка 1.2.вкладыш-направление, 1.3.перчатки (M), 1.4.зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (S). 1.5.цитощетка 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2.Салфетка размер не менее 40х60 2.3.Стерильный.
10.	Набор гинекологический однократного применения тип 4 (зеркало M, 2 перчатки, салфетка, цитощетка) или аналог	1.Состав набора: 1.1.подкладная салфетка 1.2.вкладыш-направление, 1.3.перчатки (M), 1.4.зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (M). 1.5.цитощетка 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2.Салфетка размер не менее 40х60 2.3.Стерильный.
11.	Набор гинекологический однократного применения тип 4 (зеркало L, 2 перчатки, салфетка, цитощетка) или аналог	1.Состав набора: 1.1.подкладная салфетка 1.2.вкладыш-направление, 1.3.перчатки (M), 1.4.зеркало прозрачное пластиковое типа Куско (L). 1.5.цитощетка 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки:

		2.1. Набор должен применяться для акушерско-гинекологических осмотров. 2.2. Салфетка размер не менее 40х60 2.3. Стерильный.
12.	Цитощетка однократного применения	1. Состав: 1.1. Цитощетка 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. используется для забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований. 2.2. Представляет собой стержень с множеством эластичных щетинок, расположенных по винтовой линии перпендикулярно оси стержня. Дополнительно цитощётка снабжена полимерной каплей на конце металлического стержня. 2.3. Инструмент должен быть стерильным, однократного применения
13.	Цитощетка с тампоном, однократного применения	1. Состав: 1.1. Состоит из ручки, на противоположных концах которой размещены две различные насадки: тампон и цитощетка. 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Насадка – тампон должна представлять собой элемент, выполненный из гигроскопического материала (поролона). 2.2. Цитощетка должна применяться для забора материала из цервикального канала. 2.3. Тампон должен использоваться для удаления избытка выделений перед применением цитощетки или для нанесения на поверхность слизистой жидкости. 2.4. Инструмент должен быть стерильным, однократного применения.
14.	Тампон, однократного применения	1. Состав: 1.1. Инструмент должен состоять из ручки, на одном конце которой размещена насадка – тампон. 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Тампон должен представлять собой элемент, выполненный из гигроскопического материала (поролона). 2.2. Тампон должен использоваться для удаления избытка выделений с поверхности слизистых. 2.3. Инструмент должен быть стерильным, однократного применения.
15.	Ложка Фолькмана однократного применения	1. Состав: 1.1. Ложка Фолькмана 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. используется для забора биологического материала из цервикального канала, уретры и с поверхности слизистой влагалища.

		2.2.Представляет собой инструмент с удобной рукояткой, каждый конец которого имеет различную форму. 2.3.Инструмент должен быть стерильным, однократного применения. 1.Состав: 1.1.Зонд уrogenитальный 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.должен использоваться для забора мазков из уретры и цервикального канала. 2.2.Инструмент должен состоять из эргономичной рукоятки рабочей части, которая должна быть изготовлена из эластичного инертного пластика, который обладает оптимальными адгезивными свойствами. 2.3.Инструмент должен быть стерильным, однократного применения.
16	Зонд уrogenитальный, однократного применения	1.Состав: 1.1.Цервикальная щетка 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Инструмент для взятия материала из цервикального канала и с поверхности шейки матки. 2.2.Инструмент состоит из ручки, на которой размещена насадка – цервикальная щетка. 2.3.Насадка цервикальная щетка представляет собой щеточку из множества гибких пластиковых щетинок различной длины, расположенных параллельно ручке инструмента. 2.4.На противоположном конце рукоятки размещена насадка – тампон. 2.5. Тампон изготовлен из гигроскопического материала и применяется для взятия материала (мазок - отпечаток) с поверхностью слизистых, удаления избытка выделений перед взятием материала для цитологических исследований.
17	Цервикальная щетка с тампоном, однократного применения	1.Состав: 1.1. Зеркало влагалищное по Куско 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Зеркало должно быть изготовлено из пластика. 2.2.Зеркало должно применяться для осмотра слизистой влагалища и шейки матки. 2.3.Классическая конструкция замка должна обеспечивать надежную фиксацию створок в выбранном положении. 2.4.Прозрачные створки зеркала – анатомичны и высоко функциональны. 2.5.Зеркало должно быть в индивидуальной упаковке. 2.6.Размер S
18	Зеркало влагалищное по Куско однократного применения 1/S	1.Состав: 1.1. Зеркало влагалищное по Куско 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Зеркало должно быть изготовлено из пластика. 2.2.Зеркало должно применяться для осмотра слизистой влагалища и шейки матки. 2.3.Классическая конструкция замка должна обеспечивать надежную фиксацию створок в выбранном положении. 2.4.Прозрачные створки зеркала – анатомичны и высоко функциональны. 2.5.Зеркало должно быть в индивидуальной упаковке. 2.6.Размер S
19	Зеркало влагалищное по Куско однократного	1.Состав:

применения 2/М	1.1. Зеркало влагалитное по Куско 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Зеркало должно быть изготовлено из пластика. 2.2. Зеркало должно применяться для осмотра слизистой влагалитца и шейки матки. 2.3. Классическая конструкция замка должна обеспечивать надежную фиксацию створок в выбранном положении. 2.4. Прозрачные створки зеркала – анатомичны и высоко функциональны. 2.5. Зеркало должно быть в индивидуальной упаковке. 2.6. Размер М
20. Зеркало влагалитное по Куско однократного применения 3/Л	1. Состав: 1.1. Зеркало влагалитное по Куско 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Зеркало должно быть изготовлено из пластика. 2.2. Зеркало должно применяться для осмотра слизистой влагалитца и шейки матки. 2.3. Классическая конструкция замка должна обеспечивать надежную фиксацию створок в выбранном положении. 2.4. Прозрачные створки зеркала – анатомичны и высоко функциональны. 2.5. Зеркало должно быть в индивидуальной упаковке. 2.6. Размер L
21. Зеркало гинекологическое по Куско 2/М Premium (с pH-индикацией)	1. Состав: 1.1. Зеркало влагалитное по Куско Premium 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. стерильное одноразовое двустороннее зеркало. 2.2. Зеркало состоит из верхней и нижней створок, соединенных шарнирно, и поворотного фиксатора. 2.3. Створка зеркала оснащена двумя индикаторами. 2.4. Активный индикатор нанесен на гидрофильную основу и предназначен для оценки уровня pH влагалитшной среды (окраска индикатора синий, сине-зеленый). 2.5. Контрольный индикатор не изменяет свою окраску (сине-зеленая) в зависимости от уровня pH влагалитшной среды и предназначен для оценки изменения окраски активного индикатора.
22. Зонд аспирационный "Юнона" Profi (аналог)	1. Состав: 1.1. Зонд аспирационный "Юнона" Profi (аналог) 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Зонд должен применяться для забора материала из полости матки для цитологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия.

	2.2. Зонд должен представлять собой инструмент из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. 2.4. Внутри трубки должен быть размещен поршень с уплотнительным кольцом. 2.5. Поршень изготовлен из металла. 2.6. Стерильный.	
23.	Зонд аспирационный "Юнона" Profi Combi (аналог) 1. Состав: 1.1. Зонд аспирационный "Юнона" Profi Combi (аналог) 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Зонд аспирационный предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. 2.2. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. 2.3. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. 2.4. Внутри трубки размещен металлический поршень с уплотнительным кольцом. 2.5. Инструмент Дополнительно оснащен переходником для шприца. 2.6. Стерильный.	
24.	Зонд аспирационный "Юнона" Classic (аналог) 1. Состав: 1.1. Зонд аспирационный "Юнона" Classic (аналог) 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Зонд должен применяться для забора материала из полости матки для цитологических, бактериологических и других исследований состояния эндометрия. 2.2. Представляет собой инструмент из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. 2.3. Внутри трубки должен быть размещен поршень с уплотнительным кольцом. 2.4. Модели зондов аспирационных дополнительно должны быть снабжены переходником для присоединения шприца. 2.5. Стерильный.	
25.	Зонд аспирационный "Юнона" Classic Combi (аналог) 1. Состав: 1.1. Зонд аспирационный "Юнона" Classic Combi (аналог) 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.2. Зонд аспирационный предназначен для аспирационной биопсии эндометрия. 2.3. Инструмент состоит из гибкой прозрачной трубки диаметром 3 мм. 2.4. На дистальном атравматически закругленном конце трубки имеются рабочие отверстия. 2.5. Внутри трубки размещен пластиковый поршень с уплотнительным кольцом. 2.6. Инструмент дополнительно оснащён переходником для шприца. 2.7. Стерильный.	
26.	Расширители цервикальные гидроскопичные 1. Состав:	

DILASIM (аналог)	1.1. Расширители цервикальные гирсокопичные 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Используются для расширения цервикального канала. 2.2. Палочки изготавливаются из полиакрилонитрила. 2.3. Представляют собой плотные нетнущиеся палочки 2.4. На дистальном конце стержня размещена ручка из силикона. К ручке надежно прикреплена нить для контроля за расположением расширителя. 2.5. Толщина: 3мм – 50 % и 4 мм- 50%, заявленного количества. 2.6. Стерильные.
27. Трубка аспирационная гинекологическая Юнона № 1 д.4,5мм (аналог)	1. Состав: 1.1. Трубка аспирационная гинекологическая Юнона 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Трубки должны применяться для взятия материала из полости матки для цитологических, бактериологических и других исследований, для прерывания беременности методом вакуум-аспирации. 2.2. Трубки аспирационные должны быть гибкими и полупрозрачными, 2.3. Стерильные.
28. Трубка аспирационная гинекологическая Юнона № 2 д.6,0мм (аналог)	1. Состав: 1.1. Трубка аспирационная гинекологическая Юнона 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Трубки должны применяться для взятия материала из полости матки для цитологических, бактериологических и других исследований, для прерывания беременности методом вакуум-аспирации. 2.2. Трубки аспирационные должны быть гибкими и полупрозрачными, 2.3. Стерильные.
29. Пессарий силиконовый гинекологический универсальный доктора Журавлева -12шт	1. Состав: 1.1. Пессарий силиконовый гинекологический универсальный доктора Журавлева 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Пессарий силиконовый гинекологический универсальный доктора Журавлева используется для лечения опущения и выпадения женских тазовых органов. 2.2. Конструкция пессария представляет собой разомкнутое кольцо, один из концов которого выполнен в форме утолщения с внутренним отверстием сложной формы - «замком». 2.3. «Замок» предназначен для фиксации противоположного (свободного) конца пессария, на котором располагаются «зубцы». 2.4. «Зубцы» обеспечивают надежную фиксацию свободного конца пессария в

30.	«замке».	2.5. Конструкция устройства позволяет уменьшать наружный размер пессария от 94 мм до 55 мм. 2.6. Материал изготовления - силикон. 1. Состав: 1.1. Пессарий маточный тип 1 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Пессарий представляет собой устройство из пластика с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями по периферии 2.2. Форма пессария должна обеспечивать эффективное снижение давления на шейку матки. 2.3. Стерилен 2.4. Индивидуальная упаковка.
	Пессарий маточный тип 1 – 5 шт.	1. Состав: 1.1. Пессарий маточный тип 2 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Пессарий представляет собой устройство из пластика с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями по периферии 2.2. Форма пессария должна обеспечивать эффективное снижение давления на шейку матки. 2.3. Стерилен 2.4. Индивидуальная упаковка.
	Пессарий маточный тип 2 – 5 шт.	1. Состав: 1.1. Пессарий маточный тип 2 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Пессарий представляет собой устройство из пластика с большим центральным отверстием и многочисленными отверстиями по периферии 2.2. Форма пессария должна обеспечивать эффективное снижение давления на шейку матки. 2.3. Стерилен 2.4. Индивидуальная упаковка.
30.	Внутриматочное противозачаточное средство "Юнона Био-Т" (классическое исполнение) (аналог) - 46 шт.	1. Состав: 1.1. Внутриматочное противозачаточное средство 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Якорь внутриматочного противозачаточного средства изготовлен из пластика. 2.2. Форма якоря – Т-образная. 2.3. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 380 мм² (степень чистоты меди – не менее 99,98%), и закреплена монофиламентная нить для контроля за расположением и извлечением контрацептива. 2.4. Средство должно быть стерильным в индивидуальной упаковке.
	Внутриматочное противозачаточное средство "Юнона Био-Т Ag" (кольцеобразное исполнение) (аналог) - 2 шт.	1. Состав: 1.1. Внутриматочное противозачаточное средство 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Якорь внутриматочного противозачаточного средства изготовлен из пластика в

		виде замкнутого кольца диаметром 19 мм 2.2. На вертикальном стержне якоря намотана медная проволока с номинальной площадью активной поверхности 374 мм² (степень чистоты меди – не менее 99,98%), серебро, входящее в состав спирали является протектором меди. Монофиламентная нить закреплена для контроля за расположением и извлечением контрацептива. 2.3. Средство должно быть стерильным в индивидуальной упаковке.
33. (аналог)	Наборы гинекологические "Юнона" №5L+	1. Состав: 1.1. зеркало гинекологическое по Куско № 3/L; 1.2. перчатки (пара); 1.3. пеленка 600 x 400 мм; 1.4. цитощетка; 1.5. ложка Фолькмана; 1.6. шпатель Эйера; 1.7. предметное стекло (2 шт), 1.8. Бахилы (пара) 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
34. (аналог)	Наборы гинекологические "Юнона" №5M	1. Состав: 1.1. зеркало гинекологическое по Куско № 2/M; 1.2. перчатки (пара); 1.3. пеленка 600 x 400 мм; 1.4. цитощетка; 1.5. ложка Фолькмана; 1.6. шпатель Эйера;

		1.7.предметное стекло (2 шт). 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке. 1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 2/М; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитощетка; 1.5.ложка Фолькмана; 1.6.шпатель Эйера; 1.7.предметное стекло (2 шт), 1.8.Бахилы (пара) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
35.	Наборы гинекологические "Юнона" №5M+ (аналог)	1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 1/S; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитощетка; 1.5.ложка Фолькмана; 1.6.шпатель Эйера; 1.7.предметное стекло (2 шт), 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
36.	Наборы гинекологические "Юнона" №5S (аналог)	1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 3/L; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитощетка; 1.5.ложка Фолькмана; 1.6.шпатель Эйера; 1.7.предметное стекло (2 шт), 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
37.	Наборы гинекологические "Юнона" №6L (аналог)	1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 2/М; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитощетка с тампоном; 1.5.предметное стекло (2 шт) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
38.	Наборы гинекологические "Юнона" №6M (аналог)	1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 2/М; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм;

		1.4.цитошетка с тампоном; 1.5.предметное стекло (2 шт) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
39. (аналог)	Наборы гинекологические "Юнона" №5L	1.Состав: 1.1. зеркало гинекологическое по Куско № 3/L 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитошетка; 1.5.ложка Фолькмана; 1.6.шпатель Эйера; 1.7.предметное стекло (2 шт) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
40. (аналог)	Наборы гинекологические "Юнона" №6S+	1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 1/S; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитошетка с тампоном; 1.5.предметное стекло (2 шт) 1.6.Бахилы (пара) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
41. (аналог)	Наборы гинекологические "Юнона" №6L+	1.Состав: 1.1. зеркало гинекологическое по Куско № 3/L; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитошетка с тампоном; 1.5.предметное стекло (2 шт) 1.6.Бахилы (пара) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
42. (аналог)	Наборы гинекологические "Юнона" №6M+	1.Состав: 1.1. зеркало гинекологическое по Куско № 2/M; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм;

		1.4.цитощетка с тампоном; 1.5.предметное стекло (2 шт) 1.6. Бахилы (пара) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке. 1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 2/М; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитощетка; 1.5.цитощетка с тампоном; 1.6.ложка Фолькмана; 1.7.предметное стекло (2 шт) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке. 1.Состав: 1.1.зеркало гинекологическое по Куско № 2/М; 1.2.перчатки (пара); 1.3.пеленка 600 x 400 мм; 1.4.цитощетка; 1.5.цитощетка с тампоном; 1.6.ложка Фолькмана; 1.7.предметное стекло (2 шт) 1.8.Бахилы (пара) 2.Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1.Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
43.	Набор гинекологический "Юнона" № 9М (аналог)	
44.	Набор гинекологический "Юнона" № 9М+ (аналог)	
45.	Набор гинекологический "Юнона" № 9S (аналог)	

46 Набор гинекологический "Юнона" № 10М (аналог)	1. Состав: 1.1. зеркало гинекологическое по Куско №2/М; 1.2. зонд "Юнона": урогенитальный флюкированный; 1.3. перчатки (пара); 1.4. пленка 600х400) или аналог 2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки: 2.1. Набор должен быть стерильным в индивидуальной упаковке.
---	---

Главный внештатный специалист
по репродуктивному здоровью



В.П.Шугай