

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета закупки
дефибриллятор портативный с автономным и сетевым питанием.
Комплект с расходными материалами

1. Состав (комплектация) предмета государственной закупки:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество на 1 комплект
1.1.	Основной блок дефибриллятор-монитор.	шт.	1
1.2.	Кабель ЭКГ на 3 отведения.	шт.	1
1.3.	Многоразовый пульсоксиметрический датчик пальцевой для взрослых.	шт.	1
1.4.	Шланг воздушный для неинвазивного измерения артериального давления.	шт.	1
1.5.	Манжеты для неинвазивного измерения артериального давления у взрослых размер: малая	шт.	1
1.6.	Манжеты для неинвазивного измерения артериального давления у взрослых размер: средняя	шт.	1
1.7.	Манжеты для неинвазивного измерения артериального давления у взрослых размер: большая	шт.	1
1.8.	Наружные многоразовые электроды («утюги») с встроенными педиатрическими вставками для дефибрилляции, кардиоверсии, с возможностью снимать ЭКГ.	комплект	1
1.9.	Мультифункциональные электроды для кардиостимуляции, дефибрилляции, мониторинга ЭКГ с датчиком контроля сердечно-легочной реанимации.	комплект	20
1.10.	Встроенный принтер с автоматическим и ручным режимами работы.	шт.	1
1.11.	Встроенное зарядное устройство со съемным аккумулятором.	комплект	1
1.12.	Термобумага для принтера.	рулон	20
1.13.	Электроды ЭКГ для взрослых.	шт.	300
1.14.	Гель дефибрилляционный в тубах объемом не менее 150 мл в каждой.	шт.	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)":

2.1. *Предлагать дефибриллятор-монитор высокого класса, оснащенный высокотехнологичными функциями: функция фильтрации кривой ЭКГ от артефактов, вызванных проведением грудных компрессий; контроль качества сердечно-легочной реанимации с определением глубины и частоты компрессий с визуализацией на дисплее;

2.2. *Форма импульса: бифазная

2.3. Режимы работы: дефибрилляция ручная наружная; дефибрилляция асинхронная; дефибрилляция синхронизируемая с зубцом R ЭКГ пациента; ЭКГ мониторинг; кардиостимуляция.

2.4. Цветной ЖКИ дисплей не менее 6 дюймов (150 мм) по диагонали.

2.5. Автоматическая самопроверка и самотестирование готовности дефибриллятора к выполнению реанимационного пособия.

2.6. По результатам самотестирования должно выдаваться заключение о готовности дефибриллятора к выполнению реанимационного пособия с визуализацией на экране и занесением в память устройства.

2.7. Максимальная энергия разряда бифазного импульса не менее 200 Дж.

2.8. Количество установочных уровней энергии разряда, не менее 14.

2.9. Автоматическое определение импульсов имплантированного кардиостимулятора.

2.10. Время набора максимальной энергии разряда, не более 10 сек.

2.11. Визуализация набранной и доставленной энергии разряда.

2.12. Требования к наружному кардиостимулятору: постоянный режим; режим «по требованию»; регулировка частоты в диапазоне не уже 50–120 в мин.

2.13. Время просмотра ЭКГ на экране монитора не менее 5 сек.

2.14. Масштабирование ЭКГ на экране монитора от 0,5 до 3 см/мВ не менее 5 вариантов на выбор.

2.15. Отображение на ленте термопринтера следующей информации: время и даты, энергия дефибриллятора, ЧСС, маркер синхронизации комплекса QRS, масштаб кривой ЭКГ, тревоги.

2.16. Аккумулятор должен обеспечивать непрерывную работу прибора не менее 3-х часов в режиме мониторинга и не менее 100 дефибрилляций на максимальной энергии в 200 Дж.

2.17. Для переноса данных прибор должен иметь разъем (порт) для инсталляции извлекаемого носителя (карта памяти, USB флеш-карта).

2.18. Вес устройства с аккумуляторной батареей, встроенным зарядным устройством и утюжковыми электродами не более 8 кг.

2.19. Звуковые и визуальные сигналы тревоги по критическим аритмиям, остановке сердечной деятельности, низкой зарядке аккумуляторной батареи, утрате централизованного питания.

2.20. Отображение не менее 3-х кривых на мониторе одновременно.

2.21. «Маркер» событий, клинических манипуляций (процедур) с

возможностью сохранения и управления ими.

2.22. Сохранение текущих данных во внутренней памяти при отключении устройства более чем на 24 часа.

Примечание:

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантии качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Согласно аукционным документам организатора.