

Приложение №1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки (системы ликворошунтирующие клапанные и их комплектующие)

Лот №1: Системы ликворошунтирующие клапанные и их комплектующие

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.1.	Вентрикулярный катетер со стилетом и угловой направляющей	20
1.2.	Перитонеальный катетер	20
1.3.	Клапан ликворного давления с антисифонным устройством	20
1.4.	Устройство для проведения перитонеального катетера	20
1.5.	Троакар для введения перитонеального катетера в брюшную полость	20
1.6.	Устройство для неинвазивного программирования шунта	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Вентрикулярный катетер:

2.1.1. должен быть не менее 14 см в длину, внутренний диаметр 1,2-1,4мм, внешний диаметр 2,5-2,7мм;

2.1.2. должен быть импрегнирован антибиотиками, которые должны выделяться на внутреннюю и внешнюю поверхность катетера в течение не менее 28 дней после имплантации для предотвращения инфицирования.

2.2. Перитонеальный катетер:

2.2.1. должен быть не менее 90см в длину, внутренний диаметр 1,0-1,2мм, внешний диаметр 2,2-2,7мм;

2.2.2. должен быть импрегнирован антибиотиками, которые должны выделяться на внутреннюю и внешнюю поверхность катетера в течение не менее 28 дней после имплантации для предотвращения инфицирования.

2.3. Клапан ликворного давления с антисифонным устройством:

2.3.1. размер клапана не более 40х13х8мм;

2.3.2. механизм клапана – шарик-пружина (для высокой точности работы клапана);

2.3.3. диапазон изменяемых давлений от 30 до 200 мм;

2.3.4. должен иметь возможность настройки не менее 12 уровней давления.

2.4. Устройство для проведения перитонеального катетера:

2.4.1. длина не менее 65 см.

2.5. Троакар для введения перитонеального катетера в брюшную полость:

2.5.1. троакар расщепленный. с прорезью по всей длине. длина 10-14см, внутренний диаметр 2,2-2,7мм.

2.6. Устройство для неинвазивного программирования шунта:

2.6.1. должно позволять изменять настройку давления программируемого клапана не менее чем в 12 диапазонах.

3. Требования, предъявляемые качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Согласно аукционным документам организатора.