

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки по лоту № 1
«Установка для обеззараживания и деструкции медицинских отходов»**

1. Состав (комплектация) медоборудования.

№ п/п	Комплектация	Количество
1.1.	Установка для обеззараживания и деструкции медицинских отходов	1 шт.
1.2.	Загрузочная корзина	не менее 6 шт.
1.3.	Пакеты для медицинских отходов, не менее	2 000 шт. (или кратно упаковке)
1.4.	Химические индикаторы, не менее	2 000 шт. (или кратно упаковке)
1.5.	В комплект могут входить дополнительные принадлежности согласно стандартной комплектации производителя	При наличии

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки.

№ п/п	Наименование составной части, характеристики	Базовые параметры
2.1	Полностью автоматическое управление процессом обеззараживания, автоматический программный контроль и поддержание температуры в камере на заданном уровне в течение цикла обеззараживания, в том числе обеспечивающее автоматическое восстановление режима и параметров работы при аварийном отключении электропитания	Наличие
2.2.	Обеззараживание медицинских отходов с использованием метода сухого горячего воздуха	Наличие
2.3.	Допустимый объем загрузки:	
2.3.1.	Объем загрузки: литр, не менее	130
2.3.2.	Объем камеры: литр, не менее	168
2.3.3.	Габаритные размеры установки ДхШхВ, не менее	1300х940х1270
2.4.	Деструкция медицинских отходов при процессе обеззараживания исключает их повторное использование	Наличие
2.5.	Графический дисплей для оперативного контроля температуры и времени экспозиции	Наличие
2.6.	Перемещение установки с помощью 4-х колес	Наличие
2.7.	Оснащение блоком очистки воздуха (без необходимости подключения к вытяжной вентиляционной системе)	Наличие
2.8.	Продолжительность цикла, минут	от 50 до 75
2.9.	Режим обеззараживания медицинских отходов:	
2.9.1.	Температура, °С	Не менее 190
2.9.2.	Продолжительность стадии обеззараживания, минут	Не менее 30
2.10.	Материал установки	Нержавеющая сталь

2.11.	Материал загрузочных корзин устойчив к температуре не менее 250 °С, к дезинфицирующим средствам	Наличие
2.12.	Пакеты для медицинских отходов термостойкие, °С, не менее	не менее 215
2.13.	Химический индикатор должен соответствовать режиму, °С	Не менее 190

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.