

Приложение 1
к заявке на закупку
медицинских изделий

Лот 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство дезинфицирующее для моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для обработки гибких эндоскопов 1 литр	шт.	3930

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 двухкомпонентное дезинфицирующее средство, состоящее из базового раствора и активатора, смешивается перед применением для получения рабочего раствора;

2.2 активно действующее вещество: глutarовый альдегид – не менее 2% в готовом растворе;

2.3 предназначено для обработки эндоскопов механизированным способом в моечно-дезинфицирующих машинах-репроцессорах Detro Wash;

2.4 объем 1 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Средство для предстерилизационной очистки для моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для обработки гибких эндоскопов 1 литр	шт.	1510

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 предназначено для ПСО гибких эндоскопов, инструментов к ним ручным и механизированным способом;

2.2 совместимо с моюще-дезинфицирующими машинами-репроцессорами Detro Wash;

2.3 объем 1 л.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	Тест-полоски для определения активности дезинфицирующего средства для моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для обработки гибких эндоскопов	шт.	6930

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Тест предназначен для определения концентраций рабочих растворов средства, дезинфицирующего для моечно-дезинфицирующего автоматического репроцессора Detro Wash для обработки гибких эндоскопов.

2.2 Тест представляет собой пластиковую полоску с аналитическим элементом.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Срок годности товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

Разработчик:

Главный внештатный специалист
по дезинфекции и внутрибольничным инфекциям
главного управления по здравоохранению
Брестского областного исполнительного комитета

М.В.Шилович