

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.	ИФА-анализатор (ридер)	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. ИФА-анализатор позволяет измерять оптическую плотность растворов в 96 луночных планшетах с круглым и плоским дном.

2.2. Наличие не менее 8 измерительных каналов.

2.3. Спектральный диапазон от 400 до 690 нм.

2.4. Наличие светофильтров 405, 450, 620.

2.5. Возможность проведения измерения в одно/двухволновом режиме, по конечной точке.

2.6. Диапазон измерения оптической плотности - 0-3ед.

2.7. Вывод результатов на дисплей и принтер.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Термошейкер для планшетов	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Позволяет перемешивать содержимое в стандартных 96 –луночных планшетах в режиме термостатирования

2.2. Возможность одновременного размещения не менее 4-х планшет

2.3. Диапазон регулировки скорости встряхивания до 800 об/мин.

2.4. Позволяет обеспечивать регулировку температуры с нагревом платформы до 42°С и точностью не менее $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$.

2.5. Возможность установки времени до 24 часов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.	Промыватель планшет (вошер)	шт.	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Возможность использования 96-луночных планшет с U-образным и плоским дном с обеспечением регулировки опускания игл под различную глубину лунки планшета

2.2. Наличие 8 - канальной гребенки

2.3. Наличие не менее 2-х бутылей для двух промывочных жидкостей

2.4. Наличие функции замачивания с возможностью программирования времени

2.5. Возможность установки не менее 8 циклов промывки.

2.6. Остаточный объем жидкости не более 2 мкл

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам организатора.