

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Флаконы для адгезивных клеточных культур с площадью поверхности для роста 175 см ²	штука	4 000
1.2	Флаконы для адгезивных клеточных культур с площадью поверхности для роста 75 см ²	штука	200
1.3	Флаконы для адгезивных клеточных культур с площадью поверхности для роста 25 см ²	штука	600

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Флаконы должны быть тестированы для работы с культурами клеток (cell culture tested):
2.2	Наличие крышки с фильтром:
2.3	С расположенным под углом горлом;
2.4	Флаконы должны быть стерильными:
2.5	Флаконы не должны содержать ДНК, ДНКазу и РНКазу;
2.6	Флаконы не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.7	Флаконы не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пробирка центрифужная пластиковая объёмом 15 мл с градуировкой, с винтовой крышкой, с коническим дном	штука	2 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Пробирки должны быть стерильными;
2.2	Пробирки не должны содержать ДНК, ДНКазу и РНКазу;
2.3	Пробирки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.4	Пробирки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1195/25

лот 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пипетки пластиковые серологические, объемом 25 мл с фильтром	штука	14 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Пипетки должны быть градуированные;
2.2	Индивидуальная упаковка;
2.3	Пипетки должны быть стерильными;
2.4	Пипетки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.5	Пипетки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пипетки пластиковые серологические, объемом 5 мл с фильтром.	штука	10 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Пипетки должны быть градуированные;
2.2	Индивидуальная упаковка;
2.3	Пипетки должны быть стерильными;
2.4	Пипетки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.5	Пипетки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1195/25

лот 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пипетки пластиковые серологические, объемом 10 мл с фильтром.	штука	15 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Пипетки должны быть градуированные;
2.2.	Индивидуальная упаковка;
2.3	Пипетки должны быть стерильными;
2.4	Пипетки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.5	Пипетки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Пробирки для микропроб, стерильные, 1,5 мл, DNase, RNase-free, human DNA-free, апиrogenные	штука	8 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Пробирки должны быть «DNAase/RNase free, DNA-free, ATP-free» и пригодны для проведения исследований методом ПЦР;
2.2.	Пробирки должны быть стерильными;
2.3	Пробирки должны быть бесцветными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Флаконы для адгезивных клеточных культур с площадью поверхности для роста 175 см ²	штука	400
1.2	Флаконы для адгезивных клеточных культур с площадью поверхности для роста 75 см ²	штука	20
1.3	Флаконы для адгезивных клеточных культур с площадью поверхности для роста 25 см ²	штука	60

3. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Флаконы должны быть тестированы для работы с культурами клеток (cell culture tested);
2.2	Наличие крышки с фильтром;
2.3	С расположенным под углом горлом;
2.4	Флаконы должны быть стерильными;
2.5	Флаконы не должны содержать ДНК, ДНКазу и РНКазу;
2.6	Флаконы не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.7	Флаконы не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1195/25

лот 8

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пробирка центрифужная пластиковая объёмом 15 мл с градуировкой, с винтовой крышкой, с коническим дном	штука	200

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Пробирки должны быть стерильными;
2.2	Пробирки не должны содержать ДНК, ДНКазу и РНКазу;
2.3	Пробирки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.4	Пробирки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пипетки пластиковые серологические, объемом 25 мл с фильтром	штука	1 400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Пипетки должны быть градуированные;
2.2	Индивидуальная упаковка;
2.3	Пипетки должны быть стерильными;
2.4	Пипетки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.5	Пипетки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

БелМТ №1195/25

лот 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пипетки пластиковые серологические, объемом 5 мл с фильтром.	штука	1 000

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1	Пипетки должны быть градуированные;
2.2	Индивидуальная упаковка;
2.3	Пипетки должны быть стерильными;
2.4	Пипетки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.5	Пипетки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

2. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Пипетки пластиковые серологические, объемом 10 мл с фильтром.	штука	1 500

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Пипетки должны быть градуированные;
2.2.	Индивидуальная упаковка;
2.3.	Пипетки должны быть стерильными;
2.4.	Пипетки не должны содержать пирогены и эндотоксины;
2.5.	Пипетки не должны быть цитотоксичными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1.1	Пробирки для микропроб, стерильные, 1,5 мл, DNase, RNase-free, human DNA-free, апиrogenные	штука	800

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1.	Пробирки должны быть «DNAase/RNase free, DNA-free, ATP-free» и пригодны для проведения исследований методом ПЦР;
2.2.	Пробирки должны быть стерильными;
2.3	Пробирки должны быть бесцветными.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.