

Лот 1. Шапочка рентгенозащитная**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Шапочка рентгенозащитная	штук	90

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Шапочка должна обеспечивать защиту головы при проведении рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0.5мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот2. Набор рентгенозащитных пластин**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Набор рентгенозащитных пластин	Комплект	10

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Пластины должны защищать отдельные органы пациентов от рассеянного рентгеновского излучения при проведении рентгенодиагностических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1мм.

2.3. Пластины должны быть различных размеров и формы.

2.4. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.5. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 3 . Средства для защиты гонад

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Средства для защиты гонад (мужская)	штук	3
1.2.	Средства для защиты гонад (женская)	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Предназначен для защиты половых органов со стороны пучка рассеянного рентгеновского излучения во время проведения медицинских рентгеновских исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1,0мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 4 . Фартук защитный односторонний детский**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Размер	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный односторонний детский	SS	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук односторонний детский должен быть предназначен для защиты пациентов от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

2.5. В фартуке должны использоваться застёжки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документам организатора.

Лот 5 . Фартук защитный стоматологический**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество
1.1.	Фартук защитный стоматологический	штук	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Фартук защитный стоматологический предназначен для защиты внутренних органов и верхней части грудной клетки при проведении челюстных исследований, при его применении дополнительные меры безопасности для щитовидной железы не требуются.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3. Защитный материал должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

2.5. В фартуке должны использоваться застёжки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 6 . Пластина защитная с отверстием

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Пластина защитная с отверстием	штук	3

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Пластины защитные с отверстием предназначены для защиты различных частей тела пациента при проведении медицинских рентгеновских исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-1мм.

2.3. Габаритные размеры: ширина не менее 60см, длина не менее 60см. Отверстие должно располагаться в центре пластины. Размер отверстия не менее 20 на 25см.

2.4. Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.5. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Лот 7. Воротник защитный большой детский

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование средств защиты	Единицы измерения	Количество
1.1.	Воротник защитный большой детский	штук	2

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».

2.1. Воротник должен защищать области щитовидной железы от ионизирующего излучения при выполнении медицинских рентгенологических исследований.

2.2. Радиационная защита: значение свинцового эквивалента, не менее Pb-0,5мм.

2.3 Защитный материал, из которого изготовлены индивидуальные средства защиты от рентгеновского излучения, должен быть прорезиненный бесшовный, эластичный, гибкий и абсолютно однородный.

2.4. Наружная поверхность должна быть изготовлена из материала, допускающего производить дезинфекцию и удаление биологических жидкостей.

2.5. В воротнике должны использоваться застежки – липучки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.