

Лот № 1. Система моторная с аксессуарами и приспособлениями для применения при оперативных вмешательствах в травматологии и ортопедии (на 1 комплект)

1. Состав(комплектация) медицинского оборудования:

Пункт №	Наименование	Ед.изм.	Кол-во (на один набор)
1	Пила осциллирующая (сагиттальная) аккумуляторная	штук	1
2	Моторная система (рукоятка) аккумуляторная	штук	1
3	Насадка для сверления с трехкулачковым патроном (типа Jacobs или аналог) к моторной системе (рукоятке)	штук	1
4	Насадка для проведения спиц к моторной системе (рукоятке)	штук	1
5	Насадка для фрезы с патроном типа Zimmer (Zimmer-Hudson) к моторной системе (рукоятке)	штук	1
6	Насадка с патроном типа АО-большой к моторной системе (рукоятке)	штук	1
7	Насадка для риммирования с трехкулачковым патроном (типа Jacobs или аналог) к моторной системе (рукоятке)	штук	1
8	Аккумулятор	штук	4
9	Зарядное устройство	штук	1
10	Лезвия сагиттальные с размерами рабочей зоны в пределах: длина 85-100 мм, ширина 8-24 мм, толщина 0,95-1,3 мм для пилы осциллирующей	штук	20
11	Набор контейнеров (емкостей) для стерилизации и хранения. Количество предлагаемых контейнеров должно быть достаточным для одномоментной стерилизации всего набора поставляемых изделий из 11.п. 1.1.-1.7.	набор	1

2. Показатели (характеристики):

Пункт №	Показатели (характеристики)
Пила осциллирующая (сагиттальная) аккумуляторная	
2.1.	мощность двигателя не менее 220 Вт;
2.2.	возможность быстрой фиксации рабочего инструмента;
2.3.	движение режущего инструмента нилы – осциллирующее;
2.4.	максимальное число колебаний рабочего инструмента не менее 11 000 в минуту;
2.5.	амплитуда колебаний 4-6 град;
Моторная система (рукоятка) аккумуляторная	
2.6.	мощность двигателя не менее 220 Вт;
2.7.	право- и левостороннее вращение;
2.8.	диаметр сквозного отверстия вала (канюли) не менее 3,8 мм;
2.9.	максимальный крутящий момент при риммировании не менее 14 Н·м;
2.10.	максимальный крутящий момент при сверлении не менее 4 Н·м;
Насадка для сверления с трехкулачковым патроном (типа Jacobs или аналог) к моторной системе (рукоятке)	
2.11.	возможность фиксации в насадке хвостовика диаметром 6,5-7,0мм и менее;
2.12.	диапазон частоты вращения не менее 0 – 900/мин;
Насадка для проведения спиц к моторной системе (рукоятке)	
2.13.	возможность применения спиц диаметром 1,0 – 3,5 мм;
2.14.	диапазон частоты вращения не менее 0 – 900/мин;
Насадка для фрезы с патроном типа Zimmer (Zimmer-Hudson) к моторной системе (рукоятке)	
2.15.	возможность быстрой фиксации рабочего инструмента;
2.16.	диапазон частоты вращения не менее 0 – 230 об/мин;
Насадка с патроном типа АО-большой к моторной системе (рукоятке)	
2.17.	возможность быстрой фиксации рабочего инструмента;
2.18.	диапазон частоты вращения не менее 0 – 230/мин;
Насадка для риммирования с трехкулачковым патроном (типа Jacobs или аналог) к моторной системе (рукоятке)	

2.19.	возможность фиксации в насадке хвостовика диаметром 6,5-7,0мм и менее;
2.20.	диапазон частоты вращения не менее 0 – 230/мин;
Аккумулятор (нестерилизуемый)	
2.21.	совместим с поставляемыми пилой и моторной системой (рукояткой);
2.22.	конструкция аккумулятора и алгоритм его установки в аккумуляторное гнездо должны обеспечивать сохранение стерильности прибора.
Зарядное устройство	
2.23.	возможность одновременной зарядки не менее 2-х аккумуляторов;
2.24.	возможность питания прибора от сети 220-240В, 50Гц.
Лезвия сагиттальные для пилы осциллирующей	
2.25.	Совместимость с пилой осциллирующей (сагиттальной) из п.1.1.;
2.26.	поставляются стерильными;
2.27.	упакованы в индивидуальную упаковку.
Набор контейнеров (емкостей) для стерилизации и хранения	
2.28.	Набор контейнеров (емкостей) должен обеспечивать возможность стерилизации содержимого паровым методом;
2.29.	контейнеры (емкости) для стерилизации должны обеспечивать возможность транспортировки и хранения содержимого в стерильном состоянии не менее 30 суток;
2.30.	набор оснащается устройствами и аксессуарами для расположения поставляемых изделий из п.п. 1.1.-1.7. в сетке (корзине), проведения дезинфекции и стерилизации - при необходимости таковых согласно инструкции по эксплуатации изделий).

2.31. Изделия из п.п. 1.1-1.7 должны быть пригодны для стерилизации паровым методом.

2.32. Изделия должны быть устойчивы к дезинфекции.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.