

Описание технических показателей (характеристик)
системы офтальмологической для переднего отрезка глаза

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Консоль системы на подвижном основании (стойка на колесной базе) с интегрированным (закрепленным к стойке) приборным столиком	1
1.2	Рукоятка ультразвуковая для факоемульсификации катаракты, многоразовая	2
1.3	Комплект рукояток для бимануальной ирригации и аспирации, стерильный	24
1.4	Набор для проведения факоемульсификации катаракты в комплекте с ультразвуковой иглой, стерильный	24

2. Технические требования:

2.1	Наличие функции факоемульсификации катаракты в различных режимах.	Наличие
2.2	Наличие функции передней витректомии с максимальной частотой резов не менее 2000 в минуту.	Наличие
2.3	Наличие функции биполярной коагуляции.	Наличие
2.4	Наличие функции управления ирригацией/аспирацией и вакуумом на всех этапах выполнения процедуры факоемульсификации.	Наличие
2.5	Наличие интегрированного в консоль (стойку) инструментального столика.	Наличие
2.6	Наличие ножной педали управления в комплекте поставки.	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
Согласно аукционным документам организатора.

Описание технических показателей (характеристик)
системы офтальмологической для переднего и заднего отрезка глаза

1. Состав (комплектация) оборудования (1 комплект)

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1	Консоль системы офтальмологической хирургической комбинированной с интегрированным лазерным модулем для фотокоагуляции.	1
1.2	Рукоятка для факоэмульсификации (либо факоэмульсификации/факофрагментации) ультразвуковая, многоразовая	2
1.3	Рукоятка для факофрагментации (либо факоэмульсификации/факофрагментации) ультразвуковая, многоразовая	1
1.4	Комплект принадлежностей для проведения факоэмульсификации катаракты с ультразвуковым наконечником (иглой), стерильный	12
1.5	Комплект рукояток для бимануальной ирригации и аспирации, стерильный	12
1.6	Комплект принадлежностей для проведения комбинированных процедур калибра 25 Gauge, стерильный	12
1.7	Набор (комплект) для введения/выведения вязких жидкостей, стерильный одноразовый	6

2. Технические требования:

2.1	Наличие функций ультразвуковой осцилляторной (торсионной) или иной технологии факоэмульсификации и факофрагментации катаракты.	Наличие
2.2	Наличие функции контроля внутриглазного давления	Наличие
2.3	Наличие функции задней и передней пневматической витректомии с максимальной частотой не менее 10 000 резов в минуту.	Наличие
2.4	Наличие функции лазерной фотокоагуляции с длиной волны 532 нм с регулируемым диапазоном мощности, длительности импульса.	Наличие

2.5	Наличие функции эндоосвещения с возможностью одновременного подключения не менее 2-х эндоосветительных зондов.	Наличие
2.6	Наличие функции биполярной коагуляции посредством встроенного блока для биполярной коагуляции с управлением с ножной педали системы.	Наличие
2.7	Наличие интегрированного в консоль инструментального столика.	Наличие
2.8	Наличие ножной педали управления в комплекте поставки.	Наличие

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
Согласно аукционным документам организатора.