

18-04-2026

Технические характеристики (описание) Медицинские инструменты общегинекологические для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер / состав	Количество
ЛОТ №1: Зеркало - подъемник по Отто	ширина рабочей части 25 мм +/- 3мм	96 штук
ЛОТ №2: Зеркало - подъемник по Отто	ширина рабочей части 30 мм +/- 3мм	153 штук
ЛОТ №3: Зеркало - подъемник по Отто	ширина рабочей части 38 мм +/- 3мм	135 штук
ЛОТ №4: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое	диаметр инструмента - 23 мм +/- 2мм	152 штук
ЛОТ №5: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое	диаметр инструмента - 25 мм +/- 2мм	635 штук
ЛОТ №6: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое	диаметр инструмента - 30 мм +/- 3мм	620 штук
ЛОТ №7: Зеркало влагалищное по Симсу	ширина - 21мм +/- 2мм	87 штук
ЛОТ №8: Зеркало влагалищное по Симсу	ширина - 24мм +/- 2мм	184 штук
ЛОТ №9: Зеркало влагалищное по Симсу	ширина - 28мм +/- 2мм	151 штук
ЛОТ №10: Зеркало влагалищное по Симсу	ширина - 32мм +/- 2мм	72 штук
ЛОТ №11: Зеркало влагалищное по Симсу	ширина - 36мм +/- 2мм	65 штук
ЛОТ №12: Зонд маточный		106 штук
ЛОТ №13: Игла для пункции заднего свода влагалища		56 штук
ЛОТ №14: Корнцанг изогнутый	с изогнутыми браншами	580 штук
ЛОТ №15: Корнцанг прямой	с прямыми браншами	737 штук
ЛОТ №16: Кюретка гинекологическая острая	острая	135 штук
ЛОТ №17: Кюретка тупая послеродовая	тупая	46 штук
ЛОТ №18: Ложка гинекологическая двусторонняя Фолькмана	двусторонняя	112 штук
ЛОТ №19: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов изогнутые	изогнутые	15 штук
ЛОТ №20: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов прямые	прямые	104 штук
ЛОТ №21: Щипцы для оттягивания матки двузубые (щипцы Мюзе)		31 штука
ЛОТ №22: Щипцы для оттягивания матки однозубые (пулевые)		107 штук
ЛОТ №23: Стетоскоп акушерский		56 штук

2. Технические требования:

Номер и наименование ЛОТа	Характеристики
ЛОТ №1: Зеркало - подъемник по Отто	1) длина рабочей части 85мм*; 2) зеркало должно быть в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов.
ЛОТ №2: Зеркало - подъемник по Отто	1) длина рабочей части 100мм*; 2) зеркало должно быть в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов.
ЛОТ №3: Зеркало - подъемник по Отто	1) длина рабочей части 115мм*; 2) зеркало должно быть в виде металлического желоба или двух соединенных шарниром желобов.
ЛОТ №4: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое	1) створки длиной 75 мм*; 2) двухстворчатое; 3) должно представлять собой створки закругленной формы с винтовым фиксатором (для надежного закрепления инструмента в необходимом положении), и рычаговым механизмом.
ЛОТ №5: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое	1) створки длиной 85 мм*; 2) двухстворчатое; 3) должно представлять собой створки закругленной формы с винтовым фиксатором (для надежного закрепления инструмента в необходимом положении), и рычаговым механизмом.
ЛОТ №6: Зеркало влагалищное по Куско 2-х створчатое	1) створки длиной 90 мм*; 2) двухстворчатое; 3) должно представлять собой створки закругленной формы с винтовым фиксатором (для надежного закрепления инструмента в необходимом положении), и рычаговым механизмом.

ЛОТ №7: Зеркало влагалищное по Симсу	1) длина рабочей части 85мм*; 2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой; 3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.
ЛОТ №8: Зеркало влагалищное по Симсу	1) длина рабочей части 90мм*; 2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой; 3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.
ЛОТ №9: Зеркало влагалищное по Симсу	1) длина рабочей части 95мм*; 2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой; 3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.
ЛОТ №10: Зеркало влагалищное по Симсу	1) длина рабочей части 105мм*; 2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой; 3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.
ЛОТ №11: Зеркало влагалищное по Симсу	1) длина рабочей части 110мм*; 2) должно представлять собой две металлические пластины, выполненные в форме ложек, которые имеют одинаковую ширину и соединены ручкой; 3) рукоятка должна иметь выгнутую форму.
ЛОТ №12: Зонд маточный	1) общая длина 295мм*; 2) диаметр 3,5мм +/- 0,3мм; 3) зонд должен быть с делениями и заканчиваться оливой.
ЛОТ №13: Игла для пункции заднего свода влагалища	1) длина не менее 130мм, 2) диаметр 1,8 мм +/- 0,2мм; 3) должна быть со скошенным краем.
ЛОТ №14: Корнцанг изогнутый	1) длина не менее 250мм 2) должен быть с кремальерой, с изогнутыми браншами и овальными губками с насечкой.
ЛОТ №15: Корнцанг прямой	1) длина не менее 250мм 2) должен быть с кремальерой, прямыми браншами и овальными губками с насечкой.
ЛОТ №16: Кюретка гинекологическая острая	1) длина 300мм*; 2) односторонняя; 3) должна быть с острой пластинчатой петлей, заточенной с одного края.
ЛОТ №17: Кюретка тупая послеродовая	1) длина 330мм*; 2) тупая;
ЛОТ №18: Ложка гинекологическая двусторонняя Фолькмана	1) длина 210мм* 2) состоит из стержня-рукоятки, на противоположных концах которого размещены две рабочие части в виде ложек разного размера
ЛОТ №19: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов изогнутые	1) длина 215 мм*; 2) щипцы с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей.
ЛОТ №20: Щипцы геморроидальные для осмотра шейки матки после родов прямые	1) длина 215мм*; 2) щипцы с отверстиями и кольцеобразными канавками на концах браншей.
ЛОТ №21: Щипцы для оттягивания матки двузубые (щипцы Мюзе)	1) длина 240мм* 2) каждая из браншей должна заканчиваться двумя острыми изогнутыми зубцами.
ЛОТ №22: Щипцы для оттягивания матки однозубые (пулевые)	1) длина 250мм*; 2) ширина в сомкнутом состоянии – 13мм +/- 0,2мм; 3) щипцы с изогнутыми губками, оканчивающимися острым зубцом.
ЛОТ №23: Стетоскоп акушерский	1) предназначен для выслушивания тонов плода; 2) длина не менее 170мм; 3) материал – древесина;

***- отклонения по длине могут составлять +/-10% от указанной длины.**

п.2.1-2.3 общие для лотов №1-22:

2.1. Инструментарий должен быть изготовлен из нержавеющей стали или титана.

2.2. Инструментарий не должен подвергаться коррозии.

2.3. Инструментарий должен выдерживать многократные стерилизации автоклавированием и обрабатываться дезинфицирующими растворами.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
согласно документам организатора.