

**Технические характеристики (описание) медицинской техники
и изделий медицинского назначения**

Аппарат для проведения механической орбитальной атерэктомии и
тромбэктомии с принадлежностями и расходными материалами

**Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или)
изделий медицинского назначения:**

1. Состав (комплектация) оборудования:

№ п/п	Наименование	Кол-во
1.1.	Блок питания для подключения расходных материалов и подачи физиологического раствора	1 шт
1.2.	Расходные материалы для вмешательства на коронарных артериях.	
1.2.1.	Коронка с алмазным напылением смонтирована на систему доставки с ручкой	50 шт
1.2.2.	Проводник совместимый с системой доставки коронки.	40 шт
1.3.	Расходные материалы для вмешательства на периферических артериях.	
1.3.1.	Коронки различных диаметров с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	50 шт
1.3.2.	Проводники совместимые с системой доставки коронки.	40 шт
1.4.	Гель (специальная смазка) для уменьшения трения	10 шт

2. Технические требования

№ п/п	Наименование составной части, технические характеристики	Базовые параметры
2.1.	Блок питания для подключения расходных материалов и подачи физиологического раствора	
2.1.1.	Блок питания должен обеспечивать электропитание расходных материалов и подачу физиологического раствора во время выполнения орбитальной ротационной атерэктомии	Наличие
2.1.2.	Крепление к инфузионной стойке	Наличие
2.1.3.	Датчик уровня физиологического	Наличие

	раствора	
2.1.4.	Аудиовизуальная подача сигнала тревоги на низкий остаток физиологического раствора в системе	Наличие
2.2.	Расходные материалы для вмешательства на коронарных артериях	
2.2.1.	Коронка с алмазным напылением смонтирована на систему доставки с ручкой	Размер 1,25мм
2.2.2.	Проводник совместимый с системой доставки коронки	Диаметр shaft - 0,012", кончик 0,014", нитиноловый сердечник со стальной оплеткой, tip load – $1.0 \pm 10\%$ гр., длина не менее 320см
2.3.	Расходные материалы для вмешательства на периферических артериях	
2.3.1. 1.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	Размер 1,25мм, длина не менее 1,5 мм
2.3.1. 2.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	Размер 1,25мм, длина не менее 5мм
2.3.1. 3.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	Размер 1,50мм, длина не менее 5мм
2.3.1. 4.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	Размер 1,50мм, длина не менее 1,3 мм
2.3.1. 5.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	Размер 2,00мм, длина не менее 7мм
2.3.1. 6.	Коронка с алмазным напылением эксцентрично смонтированные на систему доставки с ручкой	Размер 2,00мм, длина не менее 1,3 мм
2.3.2. 1.	Проводник, совместимый с системой доставки коронки	Диаметр shaft 0,014", диаметр кончика 0,014", стальной сердечник, tip load – $10.0 \pm 10\%$ гр., длина не менее 330см
2.3.2. 2.	Проводник, совместимый с системой доставки коронки	Диаметр shaft 0,014", диаметр кончика 0,014", стальной сердечник, tip load – $2.5 \pm 10\%$

		гр., длина не менее 330см
2.4.	Гель (специальная смазка) для уменьшения трения	Емкость не менее 80мл

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Согласно аукционным документам организатора.