

Лот 1


Приложение I
к заявке на закупку
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Лот №1

1. Биопсийная насадка для ультразвукового датчика.
2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь "О государственных закупках товаров (работ, услуг)".
 - 2.1 Биопсийная насадка NGB-021 для ультразвукового датчика DE10-3E.
 - 2.1.1 Тип насадки – биопсийная NGB.
 - 2.1.2 Оснащена направляющей для игл.
 - 2.1.3 Материал направляющей – нержавеющая сталь.
 - 2.1.4 100% совместимость с ультразвуковым датчиком DE10-3E производства Mindray.
 - 2.1.5 Многоразовая, автоклавируемая.
 - 2.1.6 Диаметр игл 16G, 18G, 20G.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
 - 3.1. Устойчивость оборудования к дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными правилами и нормами.
 - 3.2. Биопсийная насадка, должна быть внесена в государственный реестр изделий медицинского назначения.
 - 3.3. Гарантийный срок - не менее 24 месяца с момента получения товара.
 - 3.4. Требование о наличии технической документации: руководство по эксплуатации на русском языке.

Разработчики:





врач-уролог О.И. Дек

старшая медицинская сестра Н.Л. Гринцевич

Согласовано:

Главный внештатный уролог ГУЗО Брестского облисполкома


О.Е. Баюн