

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1.1	Система очистки дыхательных путей	шт	1
1.2.	Груша управления	шт	1
1.3.	Воздушный шланг	шт	1
1.4.	Шнур питания	шт	1
1.5.	Стойка для системы	шт	1
1.6	Жилет надувной регулируемый размер S	шт	1
1.7	Жилет надувной регулируемый размер M	шт	1
1.8	Жилет надувной регулируемый размер L	шт	1
1.9	Жилет надувной регулируемый размер XL	шт	1

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

1) Импульсный генератор воздуха из состава изделия должен работать от сети питания переменного тока напряжением (230 ± 23) В, частотой 50 Гц. Разъём соединения должен поддерживать совместимость со шнуром питания, соответствующим стандарту еврокабеля 220 В, марки ПВС-ВП.

2) Потребляемая мощность импульсного генератора воздуха должна быть не более 450 ВА.

3) Отверстия подачи воздушной струи в корпусе импульсного генератора воздуха должны быть снабжены защитной сеткой с шагом не менее 3 мм.

4) Импульсный генератор воздуха должен иметь в качестве интерфейса пользователя панель управления с подсветкой экрана.

5) Панель управления должна отображать счётчик отработанного времени, в часах и минутах.

6) Подача воздушной струи через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов для предварительного наполнения воздухом надувного пневможилета должна осуществляться в случае однократного (первичного после включения изделия) нажатия кнопки «Вкл.».

7) Подача воздушной струи (с заданной частотой колебаний, заданным значением давления, в течение заданного периода времени) через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов должна

осуществляться в случае повторного нажатия кнопки «Вкл.».

8) Прекращение подачи воздушной струи через соответствующие отверстия для подключения гибких шлангов должно осуществляться в случае нажатия кнопки «Выкл.».

9) Импульсный генератор воздуха должен поддерживать режим плавного старта: постепенного нарастания режима терапии до выбранной частоты и давления в течение первых 20 секунд.


3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

Средняя наработка на отказ изделия не менее 10000 часов. Средний срок службы до списания должен быть не менее 5 лет. Критериями отказа является невозможность выполнения требований назначения изделия. Средний срок службы должен быть не менее 5 лет. Критерием предельного состояния изделия считается невозможность или нецелесообразность восстановления изделия либо его составных частей.

Разработчики:

Рубченя А.А.

врач-терапевт
консультативного отделения



Крыштон Т.А.

медицинская сестра (старшая)
физиотерапевтического отделения

