

ОПИСАНИЕ

потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

Индикаторы контроля стерилизации химические для УЗ Гомельской области

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер и наименование ЛОТа	Размер	Количество
ЛОТ №10 Индикатор контроля стерилизации химический (120°C)	1. Для контроля паровой стерилизации 2. Температура стерилизации 120°C 3. Время стерилизации 12 мин. 4. Наружные	2 000 штук
	1. Для контроля паровой стерилизации 2. Температура стерилизации 120°C 2. Время стерилизации 12 мин. 4. Внутренние	3 000 штук
	1. Для контроля паровой стерилизации 2. Температура стерилизации 120°C 3. Время стерилизации 8 мин. 4. Внутренние	1 000 штук
	1. Для контроля паровой стерилизации 1. Температура стерилизации 120°C 2. Время стерилизации 8 мин. 3. Наружные	2 000 штук
ЛОТ №14 Индикатор контроля стерилизации биологический	<u>для контроля паровой стерилизации</u> Комплект: 1. Тест-полоска со споровыми формами микроорганизма, обладающими высокой резистентностью к контролируемому методу стерилизации – не менее 20 штук в комплекте; 2. Питательная среда в стеклянной ампуле с чувствительным индикатором; 3. Наличие в комплекте контрольного индикатора (индикатор "отрицательного" контроля).	314 компл.
ЛОТ №15 Индикатор контроля стерилизации биологический	<u>для контроля воздушной стерилизации</u> Комплект: 1. Тест-полоска со споровыми формами микроорганизма, обладающими высокой резистентностью к контролируемому методу стерилизации – не менее 6 штук в комплекте; 2. Питательная среда в стеклянной ампуле с чувствительным индикатором; 3. Наличие в комплекте контрольного индикатора (индикатор "отрицательного" контроля).	699 компл.

2. Технические требования:

ЛОТ №1, ЛОТ №2, ЛОТ №3, ЛОТ №4, ЛОТ №5, ЛОТ №6 Индикатор контроля стерилизации химический (120°C, 132°C, 180°C). ЛОТ №7, ЛОТ №8 и ЛОТ №9 Индикатор контроля стерилизации химический (121°C, 134°C) ЛОТ №10 Индикатор контроля стерилизации химический (120°C) ЛОТ №11, ЛОТ №12, ЛОТ №13 Индикатор контроля стерилизации химический (универсальные) -
2.1. Обеспечение оперативного, визуального контроля соблюдения критических параметров стерилизации – температуры, экспозиции, а также давления и степени насыщенности водяного пара (для контроля паровой стерилизации); 2.2. Возможность выявления несоблюдения заданных значений критических параметров стерилизации, которые могут привести к использованию нестерильных изделий;

- 2.3. Изменение и достижение конечного цвета только в атмосфере стерилизующего агента (пара, воздуха) при воздействии определенной температуры в течение определенного времени;
- 2.4. Соответствие не менее чем 4 классу (мультипараметрические индикаторы);
- 2.5. Материал: бумажная основа на клеевом основании;
- 2.6. В каждый комплект индикаторов должен входить журнал учета стерилизации.

ЛОТ №14 и ЛОТ №15

Индикатор контроля стерилизации биологический

Должны быть упакованы в нанополимерную мембранную упаковку, обеспечивающую проникание стерильнта и прямой визуальный контроль.