

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки инструментария хирургического для мининвазивных операций на сердце (набор инструментов)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Иглодержатель для наложения швов 2/0 и меньше. Рабочая длина 250±10 мм, трубчатый стержень 5±0.5 мм, твердосплавный, прямой. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	4 шт.
2.	Иглодержатель для наложения швов 2/0 и меньше. Рабочая длина 250±10 мм, трубчатый стержень 5±0.5 мм, твердосплавный, изогнутый. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	4 шт.
3.	Иглодержатель типа Ryder для наложения швов 6/0 и меньше. Рабочая длина 250±10 мм, трубчатый стержень 5±0.5 мм, наконечник 1.2±0.5 мм, твердосплавный, прямой. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	1 шт.
4.	Иглодержатель «Mini» для наложения швов 6/0 и меньше. Рабочая длина 250±10 мм, трубчатый стержень 2,7±0,5 мм, твердосплавный, изогнутый. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	1 шт.
5.	Иглодержатель типа Colvin для наложения швов 4/0 и меньше. Рабочая длина 250±10 мм, трубчатый стержень 5±0,5 мм, твердосплавный, изогнутый, короткие губки. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
6.	Иглодержатель с кольцевыми рукоятками. Рабочая длина 320±10 мм, твердосплавный, прямой, стержень с ползуном. Двухшарнирное крепление рукояток и рабочей части	1 шт.
7.	Толкатель узлов, длина 350±10 мм, двухсоставной округлый наконечник	2 шт.
8.	Толкатель узлов, длина 350±10 мм, двухсоставной округлый наконечник. С силиконовой ручкой	1 шт.
9.	Толкатель узлов, длина 370±10 мм, наконечник с диском	1 шт.
10.	Ручка скальпеля для лезвий микрохирургических. Длина 370±10 мм, трубчатая	2 шт.
11.	Ручка скальпеля для лезвий микрохирургических. Длина 370±10 мм, трубчатая, с защитным механизмом	2 шт.
12.	Крючок для сосудов, длина 350±10 мм	1 шт.
13.	Крючок для нервов и сосудов. Длина 350±10 мм, с шаровым наконечником на 90°	1 шт.

14.	Крючок для захвата шовного материала. Длина 340 ± 10 мм, на $1.8\pm 0,5$ мм	1 шт.
15.	Крючок для захвата шовного материала. Длина 370 ± 10 мм, конический вал, на 7.7 ± 0.5 мм	2 шт.
16.	Магнит. длина 350 ± 10 мм	1 шт.
17.	Клапанные ножницы, изогнутые на 15° . Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень 5 ± 0.5 мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
18.	Клапанные ножницы типа Jameson изогнутые. Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень 5 ± 0.5 мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
19.	Клапанные ножницы, изогнутые на 30° . Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень 5 ± 0.5 мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
20.	Коронарные ножницы, изогнутые на 125° . Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень $3\pm 0,5$ мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
21.	Коронарные ножницы, изогнутые на 45° . Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень $3\pm 0,5$ мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
22.	Коронарные ножницы «Mini», изогнутые на 125° . Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень $3\pm 0,5$ мм, мини-лезвие $4\pm 0,5$ мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
23.	Коронарные ножницы «Mini», изогнутые на 45° . Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень $3\pm 0,5$ мм, мини-лезвие $4\pm 0,5$ мм. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
24.	Ножницы типа Metzenbaum, изогнутые. Длина 330 ± 10 мм, стержень с ползуном, сильно изогнутые лезвия. Двухшарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
25.	Атравматический зажим-пинцет. Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень 5 ± 0.5 мм. Рабочая часть прямая на $4,5\pm 0,5$ мм, твердосплавный. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
26.	Атравматический зажим-пинцет DeBakey. Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень $5\pm 0,5$ мм. Рабочая часть прямая на 2×3 зуба, $4,5\pm 0,5 \times 14\pm 1$ мм, тонкая насечка. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
27.	Зажим-пинцет типа Russian. Рабочая длина 250 ± 10 мм, трубчатый стержень 5 ± 0.5 мм. Губки $6.8\times 22\pm 0.5$ мм зубчато-лапчатые. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
28.	Трансторакальный зажим для пережатия аорты длинный. Общая длина 390 ± 10 мм, губки 100 ± 5 мм DeBakey на 1×2 зуба. С храповым замком	1 шт.
29.	Трансторакальный зажим для пережатия аорты короткий. Общая длина 340 ± 10 мм, губки 75 ± 5 мм DeBakey на 1×2 зуба. С храповым замком	2 шт.
30.	Ножницы для декальцификации, изогнутые на 30° . Рабочая длина 240 ± 10 мм, черное твердосплавное покрытие лезвий. Шарнирное крепление рукояток и рабочей части	1 шт.
31.	Выкусыватель типа Wagner для декальцификации. Общая длина 300 ± 10 мм, губки 4 мм, прямые. Разборный	1 шт.

32.	Выкусыватель типа Wagner для декальцификации. Общая длина 300±10 мм, Губки 4 мм, изогнутые вверх на 50°. Разборный	1 шт.
33.	Зажим для трансторакального проведения дренажей. Общая длина 240±10 мм, с храповым замком. Двухшарнирное крепление рукояток и рабочей части	2 шт.
34.	Микролезвие скальпеля. Стерильное, №65. Лезвия должны подходить к указанным в заявке ручкам скальпелей	100 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.

2.3. *Набор инструментов должен быть от одного производителя.

Примечание: * - указанные пункты определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования. Невыполнение таких пунктов влечет отклонение конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки инструментария хирургического для миниинвазивных операций на сердце (комплект держателей)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1.	Держатель для инструментов и эндоскопа. Механический держатель с кронштейном и быстроразъемным соединением, поворачиваемым на 360°	2 шт.
2.	Крепление для механического держателя. Прочная модель зажимной клеммы с регулировочным винтом для крепления к операционному столу	2 шт.
3.	Зажим для инструментов до Ø 16 мм с быстроразъемным соединением.	1 шт.
4.	Изолированный зажим для эндоскопа до Ø 16 мм с быстроразъемным соединением.	1 шт.
5.	Подъемная система для левого предсердия в наборе. Состоит из: - Длинный штифт с резьбой для фиксации лопаток для подъема предсердной стенки, совместимый с держателем для инструментов*, длина 225±5 мм - Короткий штифт с резьбой для фиксации лопаток для подъема предсердной стенки, совместимый с держателем для инструментов*, длина 190±5 мм - лопатка для поднятия предсердной стенки – 35мм x 40мм - лопатка для поднятия предсердной стенки – 35мм x 60мм - лопатка для поднятия предсердной стенки – 35мм x 50мм - лопатка для поднятия предсердной стенки – 45мм x 50мм - лопатка для поднятия предсердной стенки – 45мм x 60мм - лопатка для поднятия предсердной стенки – 45мм x 70мм - Вводные шипцы с храповым замком, длина 270±10 мм	1 шт.

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.

2.3. *Набор инструментов должен быть от одного производителя.

Примечание: * - указанные пункты определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования. Невыполнение таких пунктов влечет отклонение конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки инструментария хирургического для миниинвазивных операций на сердце (комплект ретракторов)

1. Состав (комплектация) медицинского оборудования:

№ п/п	Наименование	Количество
1	Универсальный ретрактор для кардиохирургических операций. Раскрытие 230 ± 10 , ширина 160 ± 5 мм. Имеет крепления для сменных лезвий	1 шт.
2	Лезвия ретрактора для миниторакотомии. Размеры 35 ± 2 на 40 ± 2 мм – 2 шт. в комплекте. Подходят к универсальному ретрактору, указанному в заявке на закупку	1 комп
3	Лезвия ретрактора для I.M.A. - Размеры $60\pm 5/30\pm 5$ мм на 60 ± 5 мм. двухсоставное с регулировочным винтом. – 1 шт. - Размеры 30 ± 5 мм на 60 ± 5 мм. – 1 шт. Подходят к универсальному ретрактору, указанному в заявке на закупку	1 комп
4	Ретрактор для миниторакотомии, высота 90-100 мм, раскрытие до 155-165 мм, с шарнирными рычагами. В комплекте три* пары сменных округлых лезвий 40х30 мм, 40х50 мм, 40х70 мм. Имеет крепления для сменных лезвий.	1 шт.
5	Модульная система для экстракции I.M.A. Подъемная лебедочная система с креплением к операционному столу. Стойка Г-образная*, высота 45 см. Система натяжения с лебедкой для увеличения операционного поля при заборе маммарной артерии.	1 шт.
6	Сборный ретрактор для I.M.A. Состоит из: - Корпус ретрактора с креплением для лебедочной системы и подъемных лопаток. - Подъемное лезвие для I.M.A., размер 80 ± 5 на $45\pm 5/32\pm 2$ мм, с отверстием для лебёдки. - Лезвие для стернотомии, размер 50 ± 5 на 45 ± 5 мм, ориентированное вправо, с депрессором	1 комп.
7	Дополнительное лезвие для подъемной системы. Изогнутое лезвие, размер 55 ± 5 на 90 ± 5 мм, с отверстием для лебёдки.	1 шт.
8	Дополнительное лезвие для подъемной системы. Изогнутое лезвие, размер 75 ± 5 на 90 ± 5 мм, с отверстием для лебёдки.	1 шт.

9	Стерильный самофиксирующийся ретрактор для мягких тканей. Размер 120±5 на 100±5 мм, для разрезов 6-9 см. Из двух пластиковых колец, соединенных мембраной из силиконовой резины. Нижнее кольцо гибкое, из сплава с памятью формы Может быть использован без расширителя	50 шт.
---	--	--------

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали или иных высококачественных сплавов и материалов, устойчивых к многократным циклам обработки и стерилизации.

2.2. Хирургические инструменты должны гарантированно выдерживать интенсивную длительную эксплуатацию и стерилизацию в течение не менее 2 лет, не теряя при этом своих функциональных характеристик. Данное требование должно подтверждаться официальным письмом от производителя о гарантийной поддержке в связи с высокотехнологичностью закупаемого оборудования.

2.3. *Набор инструментов должен быть от одного производителя.

Примечание: * - указанные пункты определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования. Невыполнение таких пунктов влечет отклонение конкурсного предложения.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1. Согласно аукционным документам организатора.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Венэкстрактор по Набатову	5

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. Инструментарий изготовлен из высококачественной медицинской стали, устойчивой к многократным циклам обработки и стерилизации.
- 2.2. Представляет собой гибкий зонд с рабочей частью в виде тупой или острой оливы.
- 2.3. Поставляется комплектом, состоящим из олив диаметром 3, 6, 9, 12 мм.
- 2.4. Длина гибкого троса не менее 450 мм.
- 2.5. Наличие съемной рукоятки.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

БелМТ №398/26
лот 5

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. линейная рукоятка;
- 2.2. диаметр – 5 мм;
- 2.3. рабочая длина 30-36 см;
- 2.4. не менее 2-х кнопок управления: для одновременной коагуляции и рассечения ткани и для коагуляции ткани;
- 2.5. ротация бранш - 360°;
- 2.6. рабочая частота ультразвукового воздействия – не менее 47 кГц;
- 2.7. верхняя бранша – подвижная, биполярная;
- 2.8. нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;
- 2.9. возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм±0,5мм;
- 2.10. *адаптирован к имеющемуся в операционном блоке аппарату электрохирургическому

«THUNDERBEAT» корпорации Olympus. Предложение инструмента других производителей должно сопровождаться документальным подтверждением совместимости предлагаемых инструментов с имеющимся в наличии аппаратом электрохирургическим «THUNDERBEAT» корпорации Olympus, или комплектоваться переходниками для имеющегося аппарата электрохирургического «THUNDERBEAT» корпорации Olympus.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

* требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, Шт.
1.	Инструмент для одновременной коагуляции и рассечения ткани	100

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

- 2.1. линейная рукоятка;
- 2.2. диаметр – 5 мм;
- 2.3. рабочая длина 19-21 см;
- 2.4. не менее 2-х кнопок управления: для одновременной коагуляции и рассечения ткани и для коагуляции ткани;
- 2.5. ротация бранш - 360°;
- 2.6. рабочая частота ультразвукового воздействия – не менее 47 кГц;
- 2.7. верхняя бранша – подвижная, биполярная;
- 2.8. нижняя бранша – неподвижная, ультразвуковое воздействие;
- 2.9. возможность одновременного заваривания и пересечения сосудов – не менее 7мм±0,5мм;
- 2.10. *адаптирован к имеющемуся в операционном блоке аппарату электрохирургическому

«THUNDERBEAT» корпорации Olympus. Предложение инструмента других производителей должно сопровождаться документальным подтверждением совместимости предлагаемых инструментов с имеющимся в наличии аппаратом электрохирургическим «THUNDERBEAT» корпорации Olympus, или комплектоваться переходниками для имеющегося аппарата электрохирургического «THUNDERBEAT» корпорации Olympus.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

*** требования технического задания, отмеченные символом (звездочка), являются принципиально важными, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений.**

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Инструмент лапароскопический со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 5 мм	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
- 2.1. Инструмент лапароскопический со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 5 мм имеют:
- 2.1.1. длина 34-38 см, диаметр 5 мм,
 - 2.1.2. поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 350 градусов,
 - 2.1.3. бранши – типа «Maryland»,
 - 2.1.4. ручное и педальное управление инструментом
 - 2.1.5. * адаптированы к имеющемуся в операционном блоке генератору для эндолигирования сосудов «Liga Sure 8» корпорации Valleylab. Предложение инструмента других производителей должно сопровождаться документальным подтверждением совместимости предлагаемых инструментов с имеющимся в наличии генератором «Liga Sure 8», FT корпорации Valleylab, или комплектоваться переходниками для имеющегося аппарата «Liga Sure 8» корпорации Valleylab.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

* - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

БелМТ №398/26
лот 8

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Инструмент со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 5 мм	12

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструмент со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 5 мм имеют:

2.1.1. длина 18-24 см, диаметр 5 мм,

2.1.2. поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 340 градусов,

2.1.3. бранши – типа «Magyland»,

2.1.4. ручное и педальное управление инструментом

2.1.5.* адаптированы к имеющемуся в операционном блоке генератору для эндолигирования сосудов, FT10 корпорации Valleylab. Предложение инструмента других производителей должно сопровождаться документальным подтверждением совместимости предлагаемых инструментов с имеющимся в наличии генератором «Liga Sure 8», FT корпорации Valleylab, или комплектоваться переходниками для имеющегося аппарата, FT10 корпорации Valleylab.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

* - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Инструмент лапароскопический со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 10 мм	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструмент лапароскопический со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 10 мм имеют:

2.1.1. длина 35-38 см, диаметр 10 мм,

2.1.2. поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 350 градусов,

2.1.3. бранши – прямые, закругленные, билатерально раскрывающиеся,

2.1.4. ручное и педальное управление инструментом

2.1.5.* адаптированы к имеющемуся в операционном блоке генератору для эндолигирования сосудов «Liga Sure 8» корпорации Valleylab. Предложение инструмента других производителей должно сопровождаться документальным подтверждением совместимости предлагаемых инструментов с имеющимся в наличии генератором «Liga Sure 8», FT корпорации Valleylab, или комплектоваться переходниками для имеющегося аппарата «Liga Sure 8» корпорации Valleylab.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

* - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

БелМТ №398/26
лот 10

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, Шт.
1	Инструмент со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 10 мм	24

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Инструмент со встроенным ножом для лигирования с рассечением и диссекции тканей 10 мм имеют:

2.1.1. длина 18-22 см, диаметр 10 мм,

2.1.2. поворот штока инструмента вокруг оси на угол не менее 350 градусов,

2.1.3. бранши – прямые, закругленные, билатерально раскрывающиеся,

2.1.4. ручное и педальное управление инструментом

2.1.5. * адаптированы к имеющемуся в операционном блоке генератору для эндолигирования сосудов, FT10 корпорации Valleylab. Предложение инструмента других производителей должно сопровождаться документальным подтверждением совместимости предлагаемых инструментов с имеющимся в наличии генератором «Liga Sure 8», FT корпорации Valleylab, или комплектоваться переходниками для имеющегося аппарата, FT10 корпорации Valleylab.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности). Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

* - данные требования технического задания определяют класс и необходимую функциональность поставляемого оборудования, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения.

БелМТ №398/26
лот 11

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей (характеристик)
комплекта инструментов для выполнения чрескожных
малоинвазивных хирургических вмешательств под ультразвуковым и
рентгенотелевизионным контролем**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ П/П	Наименование	Кол-во Шт.
1.	Устройство для дренирования полостных образований УДПО 1,6мм	10
2.	Катетер изогнутый 12СН с фиксирующей нитью из полиэтилена рентгеноконтрастного	50
3.	Катетер прямой 12СН мягкий из полиуретана рентгеноконтрастного	100
4.	Катетер изогнутый 9СН из полиэтилена рентгеноконтрастного с фиксирующей нитью	50
5.	Катетер прямой 9СН из полиэтилена рентгеноконтрастного	50
6.	Катетер прямой 9СН мягкий из полиуретана рентгеноконтрастного	100
7.	Удлинитель	1000
8.	Проводник изогнутый (двухсторонний) 0,038 дюйма	50
9.	Проводник изогнутый (двухсторонний) 0,035 дюйма	300
10.	Набор пункционный для минидоступа с иглой поисковой 21 G, длиной 160 мм со стилетом, проводником минидоступа изогнутым 0,018 дюйма, длиной 80 см, ручкой (для проводника), бужами 5СН и 7СН, канюлей установочной, проводником сверхжестким изогнутым 0,035 дюйма (0,91 мм), длиной 150 см, дренажом для наружно-внутреннего дренирования, пробойником, удлинителем и мочеприемником	100
11.	Набор для холангиостомии с наружной холангиостомой типа "свиной хвост" с переменным диаметром 9/7СН из полиэтилена рентгеноконтрастного длиной 36,5 см, фиксатором, иглой пункционной 19 G (1,2 мм) 20 см с ультразвуковыми метками, проводником прямым 0,035 дюйма длиной 150 см, бужами фасциальными 6 и 8 СН, удлинителем, мочеприемником	100
12.	Наружная холангиостома типа "свиной хвост" с переменным диаметром 9/7СН	100
13.	Набор для холангиостомии с наружно-внутренней холангиостомой типа "св. хвост" 10 СН из полиуретана рентгеноконтрастного длиной 43см, фиксатором, иглой одинарной пункционной 19 G длиной 20см с ультразвуковыми метками,	100

	проводником 0,035 дюйма 150 см, бужами фасциальными 6, 8, 10СН, пробойником	
14.	Наружно-внутренняя холангиостома 10 СН из полиуретана рентгеноконтрастного	100
15.	Игла (пункционная поисковая) (21G) 0,8мм, длиной 12 см с пластмассовым адаптером	10
16.	Игла (пункционная) (19 G) 1,2 мм, длиной 20 см с пластмассовым адаптером	10
17.	Игла (пункционная) (18G)1,35мм, длиной 24 см с пластмассовым адаптером	10
18.	Наборы стилет-катетера (катетер типа «свиной хвост» из полиэтилена (жесткий) 7 СН, длиной 24 см с иглой 1,2мм, удлинитель, мочеприемник	300

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
 - 2.1. Дренажи изготовлены из рентгеноконтрастного материала.
 - 2.2. Имеют гладкую внутреннюю поверхность, боковые отверстия.
 - 2.3. Имеют цветную маркировку, поставляться в стерильной заводской упаковке, готовые к немедленному применению.
 - 2.4. Все изделия должны подходить для совместной работы.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
Согласно аукционным документам организатора (заказчика).

**Описание потребительских, функциональных, технических,
качественных и эксплуатационных показателей
(характеристик) предмета государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий.

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1.	Троакар оптический без ножа (с технологией очистки, диаметр 12 мм, длина 150 мм)	350

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Троакар пластиковый, стерильный, без ножа, оптический, диаметром 12мм, длиной 150 мм.

2.2. Троакар состоит из рентгенопрозрачной канюли и обтуратора с каналом для введения камеры, оптическим прозрачным наконечником и пластиковыми билатеральными сепараторами. Возможность введения троакара под визуальным контролем вместе с видеоскопом с углом обзора 0 градусов.

2.3. Наличие механизма фиксации эндоскопической видеокамеры.

2.4. Канюля низкопрофильная, прозрачная.

2.5. Приемник канюли конусообразный, содержит интегрированную комбинированную двойную систему мембран, кран инсуффляции с механизмом, препятствующим случайному его открытию.

2.6. Канюля разборная для облегчения извлечения через нее резецированных тканей и оснащена механизмом, способствующим уменьшению загрязнения инструментов и оптики, состоящим из гибкой мембраны, капиллярных каналов и абсорбирующего кольца.

2.7. Внутренняя поверхность канюли конусообразная, вогнутая, имеет специальное покрытие на основе силикона для облегчения ввода и извлечения инструментов из троакара.

2.8. Наличие боковых атравматичных циркулярных насечек для фиксации в брюшной стенке. Предназначен для использования у одного пациента.

2.9. Поставляется стерильным.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара.

Согласно аукционным документам организатора (заказчика).