

МТ №650/26

лот 1

Приложение

**Технические характеристики**  
**«Автоматическая система окрашивания гистологических препаратов и заключения под покрывное стекло»**

**1. Состав (комплектация) медицинских изделий:**

| №<br>п/п | Наименование                                                                          | Единица<br>измерения | Количество |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|
| 1.1      | Модуль для окрашивания гистологических препаратов (гистостейнер).                     | комплект             | 1          |
| 1.2      | Модуль для заключения гистологических препаратов под покрывное стекло (каверслиппер). | комплект             | 1          |

**2. Технические требования:**

| №<br>п/п | Наименование                                                                                                                                                                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1      | Назначение оборудования: окраска и заключение под покрывное стекло стандартных гистологических препаратов в автоматическом режиме.                                                               |
| 2.2      | Совместимость модуля окраски и модуля заключения под покрывное стекло. Автоматический перенос штатива со стеклами из модуля окраски в модуль заключения под покрывное стекло. Автономная работа. |
| 2.3      | Индивидуальное программирование не менее 5 протоколов окраски.                                                                                                                                   |
| 2.4      | Одновременная обработка не менее 10 корзин. Корзины для предметных стекол вместимостью не менее 30 шт.                                                                                           |
| 2.4      | Количество станций для реагентов – не менее 16. Станция сушки – не менее 1. Станции промывки – не менее 4. Функция встряхивания корзины.                                                         |
| 2.5      | Каверслиппер:<br>- одновременная загрузка не менее чем 150 покрывных стекол.<br>- емкость флакона для заливочной среды не менее 150 мл.                                                          |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):**

3.1. Согласно аукционным документам организатора