

Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки.

Лот №1: Одноразовая направляющая насадка (проводник) для иглы биопсийной.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Одноразовая направляющая насадка (проводник) для иглы биопсийной.	шт.	750

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1. Направляющая (проводник для биопсийной иглы) - одноразовая стерильная насадка для иглы биопсийной.

2.2. Используется при трансректальной биопсии предстательной железы.

2.3. Должна быть совместима с автоматическими иглами с диаметром 16G-18G для проведения биопсии мягких тканей.

2.4. Для ректального УЗИ-датчика с маркировкой «RIC5-9H» УЗИ-аппарата «Voluson 730 EX».

2.5. Направляющая марки GTK-140 либо аналог.

Лот №2: Игла автоматическая одноразовая для режущей биопсии мягких тканей.

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Игла автоматическая одноразовая для режущей биопсии мягких тканей.	шт.	750

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»

2.1. Назначение – для биопсии мягких тканей;

2.2. Вид биопсии-гильотинная;

2.3. Диаметр иглы - от 16 G до 18 G;

2.4. Длина иглы – не менее 25 см;

2.5. Две спусковые кнопки на выбор;

2.6. Кончик иглы должен иметь насечку, улучшающую видимость под УЗ – контролем (эхогенный кончик);

2.7. Предназначено для однократного применения;

2.8. Стерильная упаковка.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

3.1 Срок годности товара при поступлении к потребителю должен быть не менее 60% от срока, установленного производителем.

Лот №3

**Описание потребительских, функциональных, технических, качественных
и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета
государственной закупки**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	Игла стерильная для аспирации костного мозга	шт.	400

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

15G*10/50мм с регулируемой глубиной проникновения от 1 см до 8 см. Одноразовая, стерильная.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): срок годности товара должен составлять не менее 60% от общего срока годности предприятия-изготовителя.