

Технические характеристики (описание)
Реагенты и расходные материалы для проведения лабораторных исследований
(для анализаторов серии Н и/или FUS производства Dirui Industrial Co., Ltd., КИТАЙ)
для ОЗ Гомельской области

Лот № 3

1. Состав (комплектация) ИМН:

№ ЛОТ	Наименование ЛОТа	Состав / Размер	Кол-во
3. ±.	Реагенты к анализаторам мочи серии Н и/или FUS производства Dirui Industrial Co., Ltd., КИТАЙ	1. Тест-полоски для анализа мочи (не менее 10 параметров: глюкоза, кровь, белок, кетоны, билирубин, нитриты, лейкоциты, уробилиноген, рН, удельный вес) или аналог 2. В упаковке не более 100 штук.	169000 штук
		1. Стандартный раствор (для калибровки) или аналог 2. Объем флакона не более 125 мл.	4250 мл
		1. Жидкость очищающая (для турбидиметра и рефрактометра) или аналог 2. Объем флакона не более 50 мл.	2000 мл
		1. Жидкость контрольная для анализа мутности (для турбидиметра) уровень 1 или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для анализа мутности (для турбидиметра) уровень 2 или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для анализа удельного веса (для рефрактометра) уровень 1 или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для анализа удельного веса (для рефрактометра) уровень 2 или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для анализа удельного веса (для рефрактометра) уровень 3 или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для фотометра (контроль цвета) зеленый цвет или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для фотометра (контроль цвета) красный цвет или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость контрольная для фотометра (контроль цвета) синий цвет или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	416 мл
		1. Жидкость калибровочная для рефрактометра или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	224 мл
		1. Жидкость калибровочная для турбидиметра или аналог 2. Объем флакона не более 8 мл.	224 мл
		1. Обжимающая жидкость (для формирования обжимающего потока при подсчете физических компонентов мочи) или аналог 2. Объем канистры не более 20 л.	3180 л
		1. Отрицательный контроль для анализа осадка мочи или аналог 2. Объем флакона не более 125 мл.	12125 мл

		16	1.Отрицательный контроль для анализа физико-химических свойств мочи или аналог 2.Объем флакона не более 8 мл.	2184 мл
		17	1.Положительный контроль для анализа осадка мочи или аналог 2.Объем флакона не более 125 мл.	12125 мл
		18	1.Положительный контроль для анализа физико-химических свойств мочи или аналог 2.Объем флакона не более 8 мл.	2184 мл
		19	1.Раствор промывающий (детергент или аналог) 2.Объем флакона не более 500 мл.	18,5 л
		20	1.Разбавитель (дилуент или аналог) 2.Объем флакона не более 500 мл.	6,5л
		21	1.Фокусирующая жидкость (для ежедневной проверки фокусировки объектива микрокамеры или аналог) 2.Объем флакона не более 125 мл.	10375 мл

2.Технические требования:

2.1. Реагенты должны быть предназначены для применения на анализаторах физико-химических свойств мочи и осадка мочи производства Dirui Industrial Co., Ltd., КИТАЙ серии Н и/или FUS, FUS-2000 (для позиции 1), что должно подтверждаться документально.

2.2. Все предоставляемые документы должны быть представлены на русском языке.

3. Требования, предъявляемые законодательством Республики Беларусь к медицинским изделиям при их обращении:

3.1. копия действующего регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ либо выписка из Государственного реестра медицинской техники и изделий медицинского назначения Республики Беларусь;

3.2. (для медицинских изделий, не имеющих государственную регистрацию в Республике Беларусь): документы, указанные в Постановлении Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.05.2021 № 51 «О порядке участия в процедурах государственных закупок незарегистрированных медицинских изделий».