

ЛОТ 1

Приложение № 1
Щипцы полипные (маточные)

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Щипцы полипные (маточные)
(наименование предмета государственной закупки (ЛОТ))

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№1	Щипцы полипные (маточные)	шт.	3

2. Технические требования:

- 1.1. Щипцы из нержавеющей стали;
- 1.2. Профиль прямой, окончатые с кремальерой;
- 1.3. Длина не менее 225мм;
- 1.4. Ширина захвата лапок 6 - 8мм;
- 1.5. Многоразовые;
- 1.6. Стерилизуемые (сухим горячим воздухом или автоклавированием).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- ~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РФ;~~
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

ЛОТ 2

Приложение № 1
зонд хирургический
пуговчатый

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Зонд хирургический пуговчатый

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТ _а	Наименование	Единица измерения	Количество
№-1	Зонд хирургический пуговчатый	шт.	5

2. Технические требования:

2.1. Металлический стержень из нержавеющей стали двухсторонний с утолщением на концах в виде пуговки;

2.2. Профиль прямой;

2.3. Длина 160-200мм;

2.4. Диаметр 1-2мм;

2.5. Многоразовый;

2.6. Стерилизуемый (сухим горячим воздухом или автоклавированием).

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

ЛОТ 3

Приложение №1
Кюретка гинекологическая для
выскабливания слизистой матки,
острая №1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки острая №1

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№1	Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки острая №1	шт.	10

2. Технические требования:

- 2.1. Материал: нержавеющая сталь;
- 2.2. Вид: односторонняя, рабочая часть острая;
- 2.3. Рабочая часть выполнена в форме «петли»;
- 2.4. Размер рабочей части: 7-7,5мм
- 2.5. Длина: 258-263мм;
- 2.6. Тип: многоразовая стерилизуемая.
- 2.7. Должны быть устойчивы к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1-3: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:
- ~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Приложение №2
Кюретка гинекологическая для
выскабливания слизистой матки,
острая №2

ЛОТ 4

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки, острая №2

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№2	Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки, острая №2	шт.	10

2. Технические требования:

- 2.1. Материал: нержавеющая сталь;
- 2.2. Вид: односторонняя, рабочая часть острая;
- 2.3. Рабочая часть выполнена в форме «петли»;
- 2.4. Размер рабочей части: 9-10,5мм
- 2.5. Длина: 295-300мм;
- 2.6. Тип: многоразовая стерилизуемая.
- 2.7. Должны быть устойчивы к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1-3: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.
4. Требования о наличии технической документации и иной информации:
- ~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Приложение №3
Кюретка гинекологическая для
выскабливания слизистой матки,
острая, №6

ЛОТ 5

Технические характеристики (описание) медицинских изделий
Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки острая, №6

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№ 3--	Кюретка гинекологическая для выскабливания слизистой матки острая, №6	шт.	5

2. Технические требования:

- 2.1. Материал: нержавеющая сталь;
- 2.2. Вид: односторонняя, рабочая часть острая;
- 2.3. Рабочая часть выполнена в форме «петли»;
- 2.4. Размер рабочей части: 12-13,5мм
- 2.5. Длина: 300-305мм;
- 2.6. Тип: многоразовая стерилизуемая.
- 2.7. Должны быть устойчивы к дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1-3: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4-1: наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанг)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№1-	Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанг)	шт.	2

2. Технические требования:

- 2.1. Щипцы из нержавеющей стали;
- 2.2. Рабочая часть: прямые окончатые овальные губки с поперечной насечкой;
- 2.3. Ширина губок не более 12мм;
- 2.4. Длина 250-260мм;
- 2.5. Наличие кремальеры для фиксации в заданном положении;
- 2.6. Многоразовый;
- 2.7. Стерилизуемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №1: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

- ~~4.1. наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~
- 4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанг)

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

Номер ЛОТа	Наименование	Единица измерения	Количество
№2	Щипцы для удаления плодного яйца (абортцанг)	шт.	2

2. Технические требования:

- 2.1. Щипцы из нержавеющей стали;
- 2.2. Рабочая часть: прямые окончатые овальные губки с поперечной насечкой;
- 2.3. Ширина губок не более 14мм;
- 2.4. Длина 250-260мм;
- 2.5. Наличие кремальеры для фиксации в заданном положении;

2.6. Многоразовый;

2.7. Стерилизуемый.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности) для лотов №2: согласно документам по процедуре государственной закупки организатора.

4. Требования о наличии технической документации и иной информации:

4.1. ~~наличие регистрационного удостоверения Министерства здравоохранения РБ;~~

4.2. документы, подтверждающие технические и функциональные параметры закупаемых изделий на белорусском либо русском языке.