

Приложение 1

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий
(при необходимости с разделением на лоты)**

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

№	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Ножницы изогнутые, диаметр 5 мм, длина 36 см для лигирования сосудов с диаметром до 7 мм	шт	60

2. Технические требования:

- 2.1 наличие кнопки для ручной активации;
- 2.2 наличие на браншах меток для определения диаметра сосудов;
- 2.3 конструктивно должно обеспечиваться вращение ствола инструмента на 360 гр.;
- 2.4 возможность активации насадки с помощью кнопок min и max на поверхности насадки или с помощью ножного привода;
- 2.5 материал лезвия титан или сплав титана
- 2.6 обладают кавитационным эффектом;
- 2.7 звуковой индикатор в виде щелчка;
- 2.8 рабочая часть состоит из активной и пассивной браншей;
- 2.9 совместимые с имеющимся на балансе УЗ ультразвуковым хирургическим скальпелем Reach Surgical

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности)

Товар должен быть новый, гарантия согласно с заводом изготовителем.

Годность и стерильность должна составлять не менее 60% от срока годности и (или) стерильности, установленного изготовителем (производителем)