

ЛОТ 3

Приложение

1. Состав (комплектация) оборудования и технические требования

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Кол-во
1.	Канюля аспирационная по Симко	штук	100

2. Технические требования.

- 2.1. Трубка канюли изогнута по радиусу с глухим закругленным кончиком и отверстием слева
- 2.2. Диаметр трубки 0,6 мм
- 2.3. Общая длина 38 мм, адаптер «Луер».